

**RINGKASAN LAPORAN
HASIL UJI LINGKUNGAN**

Pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, telah dilakukan Uji Lingkungan di Rumah Sakit Prima Husada Malang oleh Petugas Labkes Dinkes Kab. Malang dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMERIKSAAN	HASIL	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Swab Lantai R. ICU Isolasi	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
2	Swab Dinding R. ICU Isolasi	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
3	Swab Lantai IKO 1	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
4	Swab Dinding IKO 1	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
5	Swab Lantai IKO 2	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
6	Swab Dinding IKO 2	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
7	Swab Lantai IKO 3	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
8	Swab Dinding IKO 3	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
9	Swab Lantai PICU	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
10	Swab Dinding PICU	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
11	Swab Lantai R. Pemorsian Dapur	Memenuhi syarat (2 CFU/cm ²) pada akhir proses disinfeksi maks (0 – 5 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
12	Swab Dinding R. Pemorsian Dapur	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
13	Swab Lantai R. Steril Alat (CSSD)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
14	Swab Dinding R. Steril Alat (CSSD)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
15	Swab Lantai Poli Bedah Saraf (IRJA)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
16	Swab Dinding Poli Bedah Saraf (IRJA)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
17	Swab Lantai IGD	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
18	Swab Dinding IGD	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
19	Swab Lantai NICU	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
20	Swab Dinding NICU	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan



21	Swab Lantai R. Tindakan Maternitas	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
22	Swab Dinding R. Tindakan Maternitas	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
23	Swab Lantai LAF	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	Pertahankan prosedur pembersihan lantai ruangan
24	Swab Dinding LAF	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	Pertahankan prosedur pembersihan dinding ruangan
25	Swab Alat Masak (Wajan)	Tidak memenuhi syarat (17 CFU/cm ² , maks <1,1 CFU/cm ²)	- Monitoring pencucian & penyimpanan alat - Hentikan sementara penggunaan wajan yang tidak memenuhi persyaratan sampai dilakukan pencucian dan sanitasi ulang. - Tinjau kembali SPO pencucian alat masak. - Pastikan konsentrasi disinfektan dan waktu kontak sesuai rekomendasi - Lakukan inspeksi harian terhadap kebersihan alat masak.
26	Swab Alat Makan (Gelas Kaca Pasien)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	Monitoring pencucian & penyimpanan alat
27	Swab Alat Makan (Kotak Makan Pasien)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	Monitoring pencucian & penyimpanan alat
28	Swab Alat Makan (Piring Pasien)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	Monitoring pencucian & penyimpanan alat
29	Swab Alkes (Set Rawat Luka steril)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	- Evaluasi kembali proses penyeterilan mulai dari cleaning sampai penyeterilan. - Cek kembali alat yang dilakukan pemeriksaan apakah ada yang berkarat atau tidak. - Cek fungsi alat steril apakah berfungsi baik, termasuk kertas indicator steril, serta waktu penyeterilan sudah sesuai atau belum.
30	Swab Alkes (Set Bedah/SC)	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	- Kontrol & maintenance - Pemeriksaan rutin berkala
31	Mikrobiologi Udara IKO 1	Tidak memenuhi syarat (20 CFU/m ³ , maks. 10 CFU/m ³)	- Kontrol dan monitoring proses pembersihan ruangan secara menyeluruh - Lakukan pemeliharaan berkala terhadap sistem ventilasi - Melakukan penggantian filter HEPA sesuai rekomendasi pabrik. - Tingkatkan frekuensi pembersihan dan desinfeksi ruang operasi menggunakan disinfektan yang sesuai standar



			- Batasi jumlah petugas yang berada di dalam ruang operasi sesuai kebutuhan tindakan. - Kurangi frekuensi buka-tutup pintu selama operasi berlangsung. - Atur lalu lintas petugas dan peralatan agar tidak mengganggu aliran udara bersih. - Lakukan audit kepatuhan terhadap penggunaan APD, kebersihan tangan, dan penerapan teknik aseptik.
32	Mikrobiologi Udara IGD	Memenuhi syarat (86 CFU/m ³ , maks. 700 CFU/m ³)	- Kontrol dan monitoring proses pembersihan ruangan secara menyeluruh - Lakukan pemeliharaan berkala terhadap sistem ventilasi - Melakukan penggantian filter HEPA sesuai rekomendasi pabrik
33	Mikrobiologi Udara CSSD	Memenuhi syarat (195 CFU/m ³ , maks. 700 CFU/m ³)	- Kontrol dan monitoring proses pembersihan ruangan secara menyeluruh - Lakukan pemeliharaan berkala terhadap sistem ventilasi - Melakukan penggantian filter HEPA sesuai rekomendasi pabrik
34	Mikrobiologi Udara R. ICU Isolasi	Memenuhi syarat (35 CFU/m ³ , maks. 700 CFU/m ³)	- Kontrol dan monitoring proses pembersihan ruangan secara menyeluruh - Lakukan pemeliharaan berkala terhadap sistem ventilasi - Melakukan penggantian filter HEPA sesuai rekomendasi pabrik
35	Mikrobiologi Udara NICU	Memenuhi syarat (50 CFU/m ³ , maks. 700 CFU/m ³)	- Kontrol dan monitoring proses pembersihan ruangan secara menyeluruh - Lakukan pemeliharaan berkala terhadap sistem ventilasi - Melakukan penggantian filter HEPA sesuai rekomendasi pabrik
36	Mikrobiologi bahan makanan (Rolade Ayam)	Memenuhi syarat (<3 MPN/gr) (Maks E. Coli harus < 3,6 MPN/gr atau < 3,6 MPN /ml, Salmonella Neg/25 g)	- Quality Control oleh tim Gizi saat pemorsian - Pemeriksaan rutin berkala. - Koordinasi dengan tim gizi untuk evaluasi pencucian bahan makanan dan kematangan makanan. - Evaluasi hasil pemeriksaan rectal swab petugas penjamah makanan. - Evaluasi hygiene sanitasi di dapur. (Kebersihan lingkungan, kebersihan tangan, dan kepatuhan pemakaian APD)



37	Mikrobiologi bahan makanan (Telur Pindang)	Memenuhi syarat (<3 MPN/gr) (Maks E. Coli harus < 3,6 MPN/gr atau < 3,6 MPN /ml, Salmonella Neg/25 g)	• Quality Control oleh tim Gizi saat pemorsian • Pemeriksaan rutin berkala. • Koordinasi dengan tim gizi untuk evaluasi pencucian bahan makanan dan kematangan makanan. • Evaluasi hasil pemeriksaan rectal swab petugas penjamah makanan. • Evaluasi hygiene sanitasi di dapur. (Kebersihan lingkungan, kebersihan tangan, dan kepatuhan pemakaian APD)
38	Mikrobiologi bahan makanan (Cah Sawi Putih + Wortel)	Memenuhi syarat (<3 MPN/gr) (Maks E. Coli harus < 3,6 MPN/gr atau < 3,6 MPN /ml, Salmonella Neg/25 g)	• Quality Control oleh tim Gizi saat pemorsian • Pemeriksaan rutin berkala
39	Swab linen Skort/Gown IKO	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pencucian dan penyeterilan linen.
40	Swab linen Duk Linen IKO	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pencucian dan penyeterilan linen.
41	Swab Meja Operasi IKO 1	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan permukaan benda
42	Swab Meja Operasi IKO 2	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan permukaan benda
43	Swab Meja Operasi IKO 3	Memenuhi syarat (<1 CFU/cm ²)	• Pertahankan prosedur pembersihan permukaan benda

Demikian hasil ringkasan Uji Lingkungan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai pada lampiran hasil dan agar dapat dilakukan tindak lanjut guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit.

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini M. Kes

Malang, 05 Agustus 2026
IPCN RS Prima Husada

Lusianah Nurul I. Kep

Lampiran File Hasil Uji Lingkungan



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA



https://drive.google.com/file/d/1OBVRk_OGaPZIfDzjle91wQRxznGYLpZ9/view?usp=driv (Command Line)