

Malang, 06 Agustus 2026

Nomor : 391/I-PNJ/DIR/VIII/2026
Lampiran : 1 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Jet Cleaner ke pihak ke-3
(*Service Point Endless Duty* Malang Lakoni)

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kondisi Jet Cleaner cadangan yang mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan sebagai alat pengganti apabila Jet Cleaner utama mengalami gangguan, bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan kepada pihak ketiga (*Service Point Endless Duty* Malang Lakoni).
Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IPSRS



LAMPIRAN



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 06/08/2020
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Jat Cleaner	Kode Inventaris	-
		Merk	Lakoni Daytona MX.
		Type	250730632
		Nomor Seri	Hitam
		Warna	
		Lain - lain	

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 2.	PERMATAAN BERUKURANG GANTI TIEND dan PISTON GANTI KES PEK PISTON KARENA PATAH
Spare part yang rusak	PISTON PER PATAH	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
				
Ka. Unit	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

Banjararum Selatan No 3 - 7 Singosari - Malang,
Telp 0341 - 458679, 458916; Fax: 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

