

**FORM LAPORAN SEDIAAN FARMASI / ALAT KESEHATAN / BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
YANG DIDUGA TIDAK STABIL, TERKONTAMINASI, RUSAK ATAU PALSU
NOMOR : 399/I-PNJ/IFRS/VIII/2026**

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Agustus 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ns. Indah Maulhayati, S. Kep
2. Unit : Irna 2C

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan sediaan farmasi/ BMHP :

No	Nama Barang	Jenis	Merk	Distributor	No. Batch	Tanggal Kedaluwarsa	Jumlah yang Bermasalah	Jenis Masalah yang Ditemukan	Deskripsi Lengkap Masalah
1	Sput 3cc	☐ Obat ☒ Alat Kesehatan ☐ Bahan Medis Habis Pakai	Gidcare	PT. ANUGERAH UTAMA MEDIKA			1	☐ Kemasan rusak / penyok / bocor ☐ Perubahan warna / bau / bentuk ☐ Kontaminasi (keringat, partikel, jamur, cairan asing) ☐ Tidak stabil (endapan, pemisahan fase, perubahan konsistensi) ☐ Diduga palsu (ketidaksesuaian label, hologram, nomor izin, dsb.) ☐ Reaksi pengguna / keluhan pasien ☐ Notifikasi penarikan (recall) dari BPOM / Pabrik / Distributor ☒ Lainnya: LECEK	Tutup spuit 3cc mudah terlepas sendiri. Ditemukan dalam keadaan terbuka

Kondisi Ketika Ditemukan

Lokasi ditemukan : NS Irna 2C
 Tanggal dan waktu ditemukan : 03-04 Agustus 2026
 Ditemukan oleh : Rahma dan Nisa (perawat 2C)



Status barang setelah ditemukan : ☐ Dikarantina

☐ Dihentikan penggunaannya

☐ Masih tersimpan di unit (belum digunakan)

☒ Sudah digunakan → segera laporkan efeknya (tidak ada efek samping, tutup spuit lepas sendiri tapi tidak sampai jatuh)

Tindakan Awal Unit Pelapor

☒ Melaporkan ke Instalasi Farmasi / Logistik (apoteker)

☐ Menghentikan penggunaan barang

☐ Memindahkan ke area karantina

☐ Melaporkan ke Kepala Bidang / Kepala Ruangan

☐ Membuat laporan insiden (jika berdampak pada pasien)

Catatan tindakan awal :

Verifikasi Instalasi Farmasi

Diterima oleh (nama petugas) : apt. Pipin Purwa Ningrum, S. Farm

Tanggal diterima : 04 / 08 / 2026

Hasil verifikasi:

☒ Benar rusak

☐ Terindikasi palsu

☐ Perlu pemeriksaan lanjutan

☐ Tidak ditemukan kerusakan (good product)

Rekomendasi:

☐ Karantina lanjutan

☒ Kembalikan ke pemasok

☐ Hancurkan sesuai prosedur

☐ Lakukan uji laboratorium

☐ Lapor BPOM / Dinas Kesehatan

Catatan verifikasi : Tutup spuit 3cc mudah terlepas sendiri. Spuit ditemukan dalam keadaan terbuka

Tindak Lanjut Oleh Instalasi Farmasi

Apakah diperlukan investigasi?



☐ Ya

☒ Tidak

Apakah diperlukan RCA (Root Cause Analysis)?

☐ Ya

☒ Tidak

Apakah terkait keselamatan pasien?

☒ Ya

☐ Tidak

Unit yang menerima tembusan laporan:

☐ Komite Mutu

☐ Komite Farmasi & Terapi

☐ MFK / Keselamatan Fasilitas

☒ Kepala Bidang Pelayanan Medis

☐ IPCN

☒ Lainnya: Apoteker gudang farmasi dan Pengadaan PT. Disa Prima Medika

Catatan tambahan: Ajukan tukar barang yang rusak sesuai laporan dan koordinasi dengan Pengadaan PT. DPM untuk menindaklanjuti pergantian merk

Tanggapan Kabid Pelayanan Medis :

1.



Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon di tindaklanjuti. Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 04 Agustus 2026

User Pengguna

Ns. Indah Maulhayati, S. Kep
Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan Medis

Puput Sekar Nari Ratih, A.Md.Keb, SE

Mengetahui,
PLT Kepala Instalasi Farmasi

apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm
Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

DOKUMENTASI

