

Malang, 18 Agustus 2026

Nomor : 422/I-PNJ/DIR/VIII/2026
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Hidrolik Meja Operasi Manual ke Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas sarana rumah sakit guna mendukung kelancaran pelayanan kepada pasien, bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan hidrolik meja operasi elektrik kepada pihak ketiga PT Glomeda. Permohonan tersebut diajukan karena terjadi kerusakan pada komponen hidrolik sehingga meja operasi tidak dapat berfungsi secara optimal.

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IPSRS



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 19/8/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : 150

Penhal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Meja operasi	Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	panalex

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 2	hidrolik. patah.
Spare part yang rusak	: kontrol hidrolik.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Diyah) Ka. Unit	 (salma cifa p.) Petugas Alat	 (Ka. IPSRS)	 (Kabid)	 (Ka. Gudang Umum/ Farmasi)

7) Pilih (✓) salah satu.

Banjararum Selatan No 3 - 7 Singosari - Malang.
Telp 0341 - 458679, 458916, Fax : 441874, Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DOKUMENTASI

