

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 116/RSPHS/1-BAC/IPSRS/VII/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 21 Juli Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Kabel Pad Tens
Merk/Type Alat	:	Zimmer / Soleo
Ruang/Unit	:	Rehabilitasi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kabel TENS Putus
Analisa	:	1. Kabel TENS Kondisi Putus bisa di sebabkan karena sering nya lepas pasang kabel nya.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,21 Juli 2026

Koord Atem	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulan)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W, S.Kep, M. Kep)




Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 416-V PSH/1-PM/PSRS/VI/2024

Tanggal	21 Juli 2026				
Pengajuan Dari Unit*	Rehab				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kabel TENS	1 Pasang	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Kabel alat TENS			
3.	Penempatan alat**	1. Kabel alat TENS untuk unit rehab			
4.	Merk/Tipe**	1. Zimmer / Soleo Galva			
5.	Spesifikasi**	1. Zimmer / Soleo Galva			
Yang Mengajukan		Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 (Ardhika Nur H.)		 (Wulan)	 (Ns. Sista Puspitasari, S.Kep)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

DOKUMENTASI ALAT

