

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAPORAN NILAI KRITIS LABORATORIUM		
	No. Dokumen 467/RSPHS/I-SPO/DIR/VIII/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 7 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep	
Pengertian	1. Nilai kritis laboratorium adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang berada di luar batas nilai normal yang telah ditetapkan (<i>critical value</i>) dan menunjukkan kondisi pasien yang berpotensi mengancam jiwa atau menyebabkan kecacatan serius apabila tidak segera mendapatkan penanganan medis, sehingga hasil tersebut wajib segera dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) atau tenaga kesehatan yang berwenang menggunakan komunikasi efektif sesuai kebijakan rumah sakit. 2. Pelaporan nilai kritis laboratorium adalah proses penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium yang berada di luar batas nilai kritis (<i>critical value</i>) dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa pasien sehingga memerlukan tindakan medis segera. Pelaporan dilakukan secara cepat, akurat, terdokumentasi, dan menggunakan komunikasi efektif kepada tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pasien.		
Tujuan	1. Menjamin hasil laboratorium dengan nilai kritis segera diketahui oleh dokter. 2. Mencegah keterlambatan penanganan pasien akibat keterlambatan penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium 3. Menjamin komunikasi hasil kritis dilakukan secara benar, jelas, dan terdokumentasi.		
Kebijakan	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 882.1/RSPHS/I-PER/DIR/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	A. Identifikasi Nilai Kritis 1. Lakukan pemeriksaan spesimen sesuai prosedur laboratorium. 2. Verifikasi hasil pemeriksaan sebelum hasil dinyatakan valid. 3. Bandingkan hasil pemeriksaan dengan daftar nilai kritis yang telah ditetapkan rumah sakit. 4. Pastikan hasil yang termasuk nilai kritis telah memenuhi persyaratan mutu pemeriksaan. 5. Lakukan pemeriksaan ulang (<i>repeat test</i>) apabila diperlukan sesuai ketentuan laboratorium untuk memastikan keakuratan hasil.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAPORAN NILAI KRITIS LABORATORIUM		
	No. Dokumen 467/RSPHS/I-SPO/DIR/VIII/2026	No. Revisi 00	Halaman 2 / 3

	B. Persiapan Pelaporan - Siapkan data pasien, meliputi: - Nama pasien - Nomor rekam medis - Tanggal lahir - Unit perawatan - Jenis pemeriksaan - Nilai hasil pemeriksaan - Identifikasi penerima laporan yaitu DPJP dan tenaga kesehatan yang berwenang menerima hasil kritis. C. Pelaporan Nilai Kritis - Laporkan hasil pemeriksaan nilai kritis kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk dilakukan konfirmasi hasil. - Laporkan kepada DPJP dan perawat/bidan di ruang perawatan segera setelah hasil diverifikasi paling lambat 30 menit sejak nilai kritis diperoleh. - Jika pasien masih berada di IGD, laporkan kepada dokter IGD yang memeriksa pasien dan perawat/ bidan penanggung jawab pasien di IGD. - Sebutkan identitas petugas laboratorium - Verifikasi identitas penerima laporan - Sampaikan identitas pasien menggunakan minimal dua identitas. - Sampaikan jenis pemeriksaan dan nilai kritis secara jelas. - Minta penerima menuliskan hasil yang disampaikan. - Instruksikan penerima membacakan kembali (read back) seluruh informasi yang diterima. - Konfirmasikan kebenaran hasil yang dibacakan. - Nyatakan pelaporan selesai setelah informasi dinyatakan benar oleh kedua belah pihak. D. Dokumentasi - Catat tanggal dan waktu diperolehnya nilai kritis - Catat tanggal dan waktu pelaporan nilai kritis. - Catat nama petugas laboratorium yang melaporkan. - Catat nama penerima laporan. - Catat media komunikasi yang digunakan. - Catat hasil konfirmasi read back/TBK. - Dokumentasikan seluruh proses pelaporan pada formulir pelaporan nilai kritis atau sistem informasi laboratorium. - Pastikan hasil laboratorium telah tersedia dalam rekam medis elektronik atau manual. E. Eskalasi - Lakukan upaya menghubungi kembali apabila penerima pertama tidak dapat dihubungi. - Apabila tidak ada respons, ulangi pengiriman pesan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval 10 menit.
--	--

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAPORAN NILAI KRITIS LABORATORIUM		
	No. Dokumen 467/RSPHS/I-SPO/DIR/VIII/2026	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	b. Apabila tetap tidak ada respons, lakukan panggilan telepon sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval 5 menit. c. Apabila DPJP tetap tidak dapat dihubungi, hubungi dokter pengganti (DPJP pengganti) sesuai ketentuan rumah sakit. 2. Laporkan kepada dokter jaga, kepala ruangan, atau tenaga kesehatan yang ditunjuk sesuai alur eskalasi rumah sakit apabila DPJP belum dapat dihubungi. 3. Dokumentasikan seluruh upaya komunikasi yang telah dilakukan. 4. Laporkan kepada atasan langsung apabila pelaporan nilai kritis tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.		
Unit Terkait	Instalasi Laboratorium Instalasi Gawat Darurat Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan <i>Intensif Care Unit (ICU)</i> Instalasi Kamar Operasi		