

Kabupaten Malang, 27 Juni 2026

Yth.

Kepala IPRS/IPSRS Rumah Sakit Prima Husada Malang
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami laporkan adanya kerusakan pada salah satu peralatan laboratorium dengan rincian berikut :

Hari, tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Nama Alat : Mikroskop
Lokasi : Laboratorium Klinik Mutiara Sehat
Singosari

Kerusakan yang ditemukan :

1. Lensa obyektif mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal
2. Jepit meja preparat mengalami kerusakan sehingga preparat tidak dapat terpasang dengan baik dan mengganggu proses pemeriksaan terpasang dengan baik dan mengganggu proses pemeriksaan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bagian IPRS/IPSRS Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan agar alat dapat digunakan kembali

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,

Petugas Laboratorium



(Syafira Dwi Oktaviani, S.Tr.Kes)

Mengetahui,
Penanggung Jawab Laboratorium



(dr. Ekowati Supartinah KP, MMRS)