



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 12356.384.3.301123
TENTANG
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 09077.384.3.140923


Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Permohonan dengan No. Registrasi BAPETEN **125476.23**, dengan ini diberikan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT. Disa Prima Medika
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120115081581
Alamat Kantor : Perum Banjararum Selatan No. 03, Kel. Mondoroko, Kec. Singosari Kota Malang Jawa Timur 65153 Telp.0341 458 679 Fax.0341 441 874
Nama dan Lokasi Usaha : RS. Prima Husada Malang, Perum Banjararum Selatan No. 3-7, RT. 003 RW.012, Desa Banjararum, Mondoroko, Kec. Singosari , Kota Malang ;Jawa Timur 65153, Telp.(0341) 458679, Fax.(0341) 441879
Rincian Lampiran : Sesuai Lampiran I (Daftar Sumber Radiasi Pengion), Lampiran II (Data Petugas, Peralatan Penunjang dan/atau Alat Ukur Radiasi), dan Lampiran III (Ketentuan dan Kondisi) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

dan dinyatakan bahwa Data Sumber Radiasi Pengion yang tersebut pada Lampiran I diubah sebagaimana terlampir.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **06 April 2027**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **30 November 2023**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif

Ishak
NIP. 197009102000121002





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 12356.384.3.301123

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.12356.007

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0065201
Registrasi Sumber : 17.1.0065201
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Fluoroskopi (Penunjang ESWL)
Merk Unit : Shenzhen Huikang Medical Apparatus
Tipe Unit : HK ESWL-V
No Seri Unit : 4379
Merk Tabung : Shenzhen Huikang Medical Apparatus
Tipe Tabung : XD512040125
No Seri Tabung : 15033181F
Kondisi Maksimum : 125 kV / 10 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang ESWL





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 12356.384.3.301123

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.12356.007

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0081536
Registrasi Sumber : 18.1.0081536
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Terpasang Tetap)
Merk Unit : GEMSS
Tipe Unit : EVA HF-525
No Seri Unit : 1231070501153
Merk Tabung : Toshiba
Tipe Tabung : E7239
No Seri Tabung : 8B0200
Kondisi Maksimum : 500 mA / 125 kV
Lokasi Pemanfaatan : Ruangan Radiologi Rumah Sakit Prima Husada





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 12356.384.3.301123

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.12356.007

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0088007
Registrasi Sumber : 19.1.0088007
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X CT-Scan (CT-Scan Konvensional)
Merk Unit : Philips
Tipe Unit : Ingenuity CT
No Seri Unit : 333198
Merk Tabung : Philips
Tipe Tabung : MRC 880
No Seri Tabung : 143916
Kondisi Maksimum : 140 kV / 665 mA
Lokasi Pemanfaatan : Ruang CT Scan, Lantai 1





LAMPIRAN I
PERUBAHAN REKOMENDASI
UNTUK IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 12356.384.3.301123

DATA TEKNIS
NOMOR 23.1.12356.007

DAFTAR SUMBER RADIASI PENGION

Kode Sumber : 0089272
Registrasi Sumber : 19.1.0089272
Sub Lingkup Kegiatan : Radiologi Diagnostik
Jenis : Pesawat Sinar-X Radiografi Umum (Mobile)
Merk Unit : Ecotron
Tipe Unit : ULTRA30HF
No Seri Unit : EMB-F5000-1907D01
Merk Tabung : CEI
Tipe Tabung : CEIOX/110-15
No Seri Tabung : 881112
Kondisi Maksimum : 110 kVp / 100 mAs
Lokasi Pemanfaatan : Ruangan Isolasi Rumah Sakit Prima Husada





BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

LAMPIRAN II
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 12356.384.3.301123

DATA TEKNIS
NOMOR 23.2.12356.007

Data Petugas Proteksi Radiasi (PPR)

No	NPR	Nama	Klasifikasi
1	414623	Ayu Bintang Tinara	PPR Medik Tk. 2

Data Petugas Lainnya yang Menangani Sumber Radiasi Pengion

No	NPR	Nama Pekerja	Keahlian/Klasifikasi
1	421055	dr. Agung Setyawan, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi
2	434996	dr. Pradana Nurhadi, Sp.U.	Dokter Spesialis Urologi
3	436452	Fatimatuz Zahroh, S.Si	Fisikawan Medik
4	422703	Isma Mufida	Radiografer
5	414623	Ayu Bintang Tinara	Radiografer
6	441420	Muhammad Iqbal Maulana	Radiografer
7	439326	Dinda Ayu Puspita	Radiografer
8	429698	Erwin Prasetyo Aji	Radiografer
9	439327	Fahmi Shohibul Mubarak	Radiografer





LAMPIRAN III
PERUBAHAN REKOMENDASI
IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN/ATAU INTERVENSIONAL
NOMOR : 12356.384.3.301123

KETENTUAN DAN KONDISI

1. Sumber Radiasi Pengion yang diizinkan untuk dimanfaatkan hanya yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
2. Sumber Radiasi Pengion hanya diizinkan untuk dimanfaatkan pada lokasi dan lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi atau Izin.
3. Petugas yang diperbolehkan mengoperasikan Sumber Radiasi Pengion adalah yang tercantum dalam Rekomendasi atau Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion wajib menerapkan Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi.
5. Perubahan Rekomendasi atau Izin wajib dilakukan jika terdapat perubahan lokasi, desain, petugas atau sumber radiasi pengion termasuk penambahan atau pengurangan sumber radiasi pengion.
6. Setiap perubahan rekomendasi atau izin dilakukan melalui penerbitan KTUN yang berisi substansi perubahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rekomendasi atau izin ini.

