



Nomor : 2233/VII-05/0326

Malang, 31 Maret 2026

Hal : Tindak Lanjut Hasil Audit Medis
Kasus *Lithotripsy*

Yth. Direktur/Kepala FKRTL Mitra BPJS Kesehatan Cabang Malang
di
Malang Raya

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit medis Kasus *Lithotripsy* yang telah dilaksanakan oleh TKMKB Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Februari 2026, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan berkas rekam medis terhadap sampling audit, ditemukan hal yang tidak ideal dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan penunjang imaging mayoritas adalah x-ray BOF dan USG, belum mengutamakan penggunaan pemeriksaan *gold standar* (CT scan), sedangkan RS memiliki sarana tersebut.
 - b. Pemeriksaan CT scan dilakukan, namun tidak ideal karena baru dilakukan di akhir rangkaian Tindakan ESWL/URS. Idealnya hal tersebut dilakukan di awal (sebelum menentukan tindakan yang dilakukan).
 - c. Pada beberapa klaim terdapat hasil CT scan tidak disertakan pada dokumen administrasi klaim.
 - d. Terlihat ada inkonsistensi ukuran batu dari hasil x-ray/BOF dan USG.
 - e. Pilihan Tindakan ESWL maupun URS oleh operator telah sesuai indikasi medis, namun tidak ideal karena kasus batu multiple akan lebih efektif dengan pilihan tindakan lain seperti PCNL atau RIRS.
 - f. RS belum menyediakan layanan PCNL maupun RIRS pada saat review kasus audit.
 - g. Retrograde pyelography belum rutin dilakukan.
 - h. Terdapat kasus-kasus yang tidak ideal untuk dilakukan ESWL (HU>1000) namun tetap dilaksanakan ESWL.

- i. Terdapat 2 kasus dengan tatalaksana yang tidak mengedepankan aspek mutu, karena tidak mempertimbangkan modalitas terapi terbaik sehingga melanggar PKS.
 - j. Penulisan rekam medis manual khususnya laporan operasi tidak jelas terbaca.
2. Rekomendasi TKMKB terkait Audit Medis Kasus *Lithotripsy*:
- a. FKRTL menyusun PPK tata laksana batu saluran kemih sesuai dengan PNPk yang berlaku.
 - b. Dalam tata kelola kasus batu saluran kemih, ketentuan alat diagnostik yang menjadi pemeriksaan penunjang standar sebagai berikut:
 - 1) FKRTL yang memiliki fasilitas CT scan, wajib menggunakan CT scan
 - 2) FKRTL yang tidak memiliki fasilitas CT scan, maka menggunakan:
 - a) USG dan BNO; atau
 - b) BNO-IVP
 - c. FKRTL agar melakukan pemeriksaan *Retrograde pyelography* secara optimal, sesuai indikasi medis.
 - d. Selama belum tersedia layanan PCNL atau RIRS, kasus batu multipel bilateral dapat dilakukan rujukan kepada FKRTL lain yang tersedia layanan tersebut, mempertimbangkan pelayanan terbaik dengan prioritas utama *patient safety*.
 - e. Penulisan data di rekam medis, termasuk laporan operasi, mengikuti kaidah 3C (*complete, correct, clear*) serta menggunakan kaidah coding klaim sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. FKRTL agar melakukan *utilization review* secara mandiri maupun berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan sebagai *early warning*, terutama terhadap tren kasus yang anomali, agar segera mengetahui dan dapat dilakukan intervensi.
 - g. Untuk semua klaim yang tidak sesuai dengan standar/peraturan/kaidah-kaidah pelayanan, maka harus dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan dalam kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala



Hernina Agustin Arifin