

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 714.1 / RSPHS / 1 - BPC / IKO / VI / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 12 Bulan Juni Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Instrumen Gunting IKO
Merk/Type Alat	:	-
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Gunting kondisi Pecah / Putus.
Analisa	:	1. Gunting Kondisi Pecah / Putus bisa di sebabkan karena Pemakaian memotong Waiyer pada waktu Operasi.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 Juni 2024


Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 714/RSPHS/I-PM/IKO/VI/2024

Tanggal	12 Juni 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IKO				
Alasan Pengajuan	Barang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Tang Wire	1	1	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Tang Wire Untuk memotong Wire Orthopedi			
3.	Penempatan alat**	Tang Wire penempatan di IKO			
4.	Merk/Tipe**	Tang Wire merk dan type Menyesuaikan			
5.	Spesifikasi**	Tang Wire spesifikasi Menyesuaikan			
Yang Mengajukan Karu IKO		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (M. Lukman Hakim Ibrahim S.Kep.ns)		 Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT





Lampiran Bukti ACC Direktur RS Prima Husada Sukorejo
Berita Acara dan Pengajuan Tang Wire
Unit pengirim : IKO

