



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 743/RSPHU/1-BAC/IPSRS/VI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 27 Bulan Mei Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Lampu LAF
Merk/Type Alat	:	B-One / Mini LAF – 50 - VAD
Ruang/Unit	:	Farmasi / Irna 3A
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Lampu UV mati
Analisa	:	1. Masa pakai Alat sudah waktunya ganti
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 27 Mei 2024

Teknisi	Kabid Yanmed	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang	Direktur RSPHS
				
Suliyanto Amd TekMed	Heni Indra W,S.Kep,M.Kep	Restu Kurniawati, S.KM	Dwi Novianti Amd.AK.,S.Kes	dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 243.1 / RSPHU / 1-PM/IPSRS/ V1/2024

Tanggal	27 Mei 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Lampu UV	2 unit	0	Untuk Spare Part LAF yang mati.
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Lampu UV Untuk membunuh kuman yang berada di LAF.			
3.	Penempatan alat**	1. Lampu UV Untuk di alat LAF yang berada di Irna 3A			
4.	Merk/Tipe**	1. Lampu UV, Merk B-One / Mini LAF – 50 - VAD			
5.	Spesifikasi**	1. Lampu UV,B-One / Mini LAF – 50 - VAD			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 Sulyanto,Amd TekMed	 Restu Kurniawati, S.KM	 Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



Dokumentasi

