



BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 723/RSPHS/I-BAC/IPSR/S/VI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/S) pada Tanggal 13 Bulan Juni Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	X – Ray Mobile
Merk/Type Alat	:	Ecoview / Ultra 200
Ruang/Unit	:	Radiologi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. X - Ray Mobile Kondisi Eror 201 Sejak Tanggal 10 - 06 – 2024
Analisa	:	1. X – Ray Mobile setelah di ukur Tegangan yang Keluar : ➢ Input : 220 VOLT AC (DARI PLN) NORMAL ➢ Output / Keluar : Seharusnya 310 VDC (DARI TEGANGAN DC / TEGANGAN SETELAH MELEWATI KOMPONEN ELEKTRONIK) Hanya di hasilkan Tegangan Output / Tegangan Keluar Sebesar 0.999 DC.YANG SEHARUSNYA 310 V DC. ➢ DAN LED TIDAK MENYALA / MATI. 2. Kesimpulan / Analisa Power Suplay pada X-Ray Rusak dan harus di ganti satu set power suplay.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 13 Juni 2024

Teknisi  (Sulyanto Amd Tek Med)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 14/6/2024  (Restu Kurniawati, S.KM)	Kabid Pelayanan Medis 14/6/24  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	Kabid Penunjang Medis 14/6/24  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	Direktur RSPHS  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
---	--	---	--	--





Dokumentasi

- Gambar Power Suplay X – Ray Mobile





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 723.1/RSPHS/I-PM/IPSRs/VI/2024

Tanggal	13 Juni 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Power Suplay X-Ray Mobile	1 unit	0	
2.	Fungsi alat*** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Power Suplay X- Ray Mobile berfungsi sebagai pembangkit tagangan pada X-Ray dan Mainboard pada X-Ray Mobile			
3.	Penempatan alat**	1. Power Suplay X – Ray Mobile berada di dalam alat X-Ray Mobile yang di kemas dalam Box khusus.			
4.	Merk/Tipe**	1. Ecoview / Ultra 200" 5KW			
5.	Spesifikasi**	1. Ecoview / Ultra 200 " 5KW			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Sulyanto Amd TekMed)	14/6/2024  (Restu Kurniawati, S.KM)	14/6/24  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	14/6/24  Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Aprianono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

