

Pasuruan, 6 Juli 2024

Nomor : 1030/RSPHS/E-PTR/DIR/VII/2024
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Surat Pengantar Revisi Hasil MCU

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Central Motor Wheel Indonesia (CMWI)
di Tempat

Dengan hormat,

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah mempercayakan kegiatan *Medical Check Up* karyawan kepada pihak RS Prima Husada Sukorejo pada Bulan April 2024.

Hasil MCU yang kami lakukan diperlukan evaluasi kembali, sehingga kami berkomitmen untuk mengambil langkah - langkah perbaikan yang diperlukan:

1. Melakukan evaluasi kembali terhadap petugas MCU
2. Melakukan evaluasi kembali terhadap alat pengukuran dan kesiapan material yang dipakai
3. Melakukan evaluasi kembali terhadap SPO pelaksanaan MCU
4. Melakukan evaluasi kembali terhadap mesin yang sudah terkalibrasi
5. Melakukan pemeriksaan spirometri ulang untuk hasil *borderline*

Kami memahami betapa pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan PT. Central Motor Wheel Indonesia dan pihak terkait. Kami akan berusaha keras untuk memastikan bahwa situasi serupa tidak terulang di masa depan.

Berkaitan dengan evaluasi kegiatan *Medical Check Up* yang telah disampaikan ke pihak kami, bersama dengan surat ini kami sampaikan tanggapan rumah sakit sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS

Lampiran I
Surat Pengantar Revisi Hasil MCU
Nomor :

Tanggapan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

No.	Masalah	Bahasan	Akar Masalah	Tindak Lanjut Rumah Sakit
1.	Terdapat perbedaan hasil pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan dari MCU CMWI tahun ini dan tahun sebelumnya dengan rentang perbedaan hingga 17 cm	Pemeriksaan Fisik	Man : Petugas tidak menjalankan sesuai SPO Machine : Terkalibrasi secara berkala Method : Tidak dilakukan sesuai dengan SOP (potensi alat belum kembali ke semula, namun sudah dilakukan pengukuran) Material : -	1. Melakukan pelatihan ulang dan skringing petugas yang terlatih 2. Alat sudah dikalibrasi secara berkala 3. Mengganti baru alat ukur yang lebih mudah untuk pengukuran
2.	Terdapat kesalahan dalam memasukkan usia pasien pada alat spirometri		Man : Petugas tidak teliti Machine : Terkalibrasi secara berkala Method : - Material : -	1. Melakukan pelatihan spirometri ulang bagi petugas 2. Alat sudah dikalibrasi secara berkala
3.	Terdapat kesalahan dalam penulisan diagnosa (hiperuricemia)		Man : Petugas tidak menulis susp batu asam urat namun hiperuricemia Machine : - Method : - Material : -	Peringatan terhadap petugas terkait dalam penulisan susp diagnosis
4.	Terdapat perbedaan hasil dalam pemeriksaan buta warna dari MCU CMWI tahun ini dan tahun sebelumnya		Man : - Machine : - Method : - Material : -	Petugas sudah melakukan arahan sesuai panduan Ishihara Test (Color Blind Test)



5.	Terdapat hasil laboratorium yang hasilnya abnormal pada hasil Trigliseridanya yang terlalu tinggi	Pemeriksaan Laboratorium	Man : - Machine : Terkalibrasi secara berkala Method : Sampel darah sudah dicentrifuge sesuai SPO Material : -	Untuk hasil yang abnormal, serum darah dilakukan penyimpanan dan dilakukan pengecekan ulang. Hasil yang keluar sudah sesuai dengan pengecekan sebelumnya
6.	Terdapat perbedaan hasil interpretasi spirometri dari MCU CMWI tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Dari 30 orang dengan catatan menjadi 221 orang dengan catatan	Pemeriksaan Spirometri	Man : Arahan petugas yang tidak dipahami pasien Machine : Terkalibrasi secara berkala Method : Perbedaan metode penghitungan hasil Material : -	Melakukan review kembali hasil spirometri dengan metode yang baru yang sudah diterbitkan oleh jurnal, terjadi perubahan hasil interpretasi spirometri menjadi 71 orang dengan catatan, terbagi menjadi 60 orang borderline, 9 orang obstruksi ringan, 2 orang tidak dapat evaluasi. RS mengusulkan pemeriksaan spirometri kembali bagi staf dengan hasil spirometri borderline

Hormat kami,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS