



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 832 / RSPHS / I - BAC / IRJA / VII / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 8 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Stetoskope
Merk/Type Alat	:	Litment
Ruang/Unit	:	Poli Spesialis
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Stetoskope Kondisi Putus pada penjepit telinga
Analisa	:	1. Stetoskope Kondisi Putus pada penjepit telinga bisa di sebabkan karena terlalu lebar membuka penjepitnya.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 8 Juli 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	10/7/2024. 	10/7/24 	10/7/2024. 	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

