



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 833 / RSPHS / I - BAC / IBA / VII / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Satu Rasi / Pulse Oximetry
Merk/Type Alat	:	Jumper
Ruang/Unit	:	Poli Spesialis Anak
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Pulse Oximetry kondisi mati total
Analisa	:	1. Pulse Oximetry kondisi mati total, setelah di cek terdapat kerusakan pada komponen elektronika yang tidak berfungsi atau putus.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 10 Juli 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 (Sulyanto Amd TekMed)	 (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

