

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 868 / RSPHS / I - BAC / IRTA / VII / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 16 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Handpice Alat Pacho Mata
Merk/Type Alat	:	Laurate
Ruang/Unit	:	Poli Mata
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Handpice kondisi Doll pada Drat Spray nya.sehingga Air tidak bisa menyepay dengan normal.
Analisa	:	1. Handpice kondisi Doll pada Drat Spray nya.bisa di sebabkan karena sering di steril dan sering nya di lepas drat nya untuk di bersihkan.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 16 Juli 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 17/7/2024			
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)





Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR: 868.1 / PSPHS / I - PM / IPIA / VII / 2024

Tanggal	16 Juli 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Unit Rawat Jalan Poli Mata				
Alasan Pengajuan	Permintaan Alat Baru				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Handpice IA	1 unit	1 unit	Stok di unit Rusak
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Handpice IA : Membersihkan sisa-sisa korteks pada saat tindakan operasi katarak sebelum dipasangkan lensa tanam pada mata pasien.			
3.	Penempatan alat**	1. Handpice IA : Unit Rawat Jalan Poli Mata			
4.	Merk/Tipe**	1. Handpice IA : Ultraflow II I/A Handpice Alcon			
5.	Spesifikasi**	1. Handpice IA : Ultraflow II I/A Handpice Alcon dengan kode P20SP207			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur
				 17/7/2024.	
(Hendi Wijayanto, S.Kep,Ns)		Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Restu Kurniawati, S.KM	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

NO	NAMA ALAT	JUMLAH	FOTO ALAT
1	Handpice IA	1	