




BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 799/RSPHS/I-BAC/IRNA/VII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS) pada Tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	SPO2 Oximatrey
Merk/Type Alat	:	Bionet / Oxy 9 Wave (Neonate)
Ruang/Unit	:	Irna 3A
Jumlah	:	1 Unit (sp sudah input di SIMRS)
Keluhan/Kendala	:	1. Sensor SPO2 Kondisi rusak putus dan tidak bisa mengukur kondisi Satusari Pasien.
Analisa	:	1. Sensor SPO2 Kondisi putus bisa di sebabkan karena sering nya pemakaian alat. NB : Perlu Penggantian Sensor SPO2
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 22 Juli 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	22/7 2024 	25/7 	acc. 	
(Sulyanto Amd Tek Med)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

