

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 891/RSPHS/I-BAC/IPSRs/VII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 22 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	UPS Ct Scan / Batrey Ups
Merk/Type Alat	:	Ablerex / T 60 KVA
Ruang/Unit	:	Ct Scan / Radiologi
Jumlah	:	1 Unit Ups dengan Total 40 Pcs Batrey
Keluhan/Kendala	:	1. Kondisi Ups Batrey tidak bisa menyuplay / Low batrey, (Tanggal Identifikasi 15 Juli 2024).
Analisa	:	1. Kondisi Batrey Low tidak bisa di cass karena masa pakai UPS sudah 5 tahun. UPS Dari Tahun 2019.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 22 Juli 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 23/7 2024.			
(Sulyanto,Amd Tek Med)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 891.1/RSPHS/I-PM/IPSR/SVII/2024

Tanggal	22 Juli 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Radiologi				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Batrey UPS	40 Pcs	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Batrey UPS Untuk Menyuplay Tegangan Listrik Saat PLN Mati.			
3.	Penempatan alat**	1. Batrey UPS di Ct Scan			
4.	Merk/Tipe**	1. Batrey UPS Merk Mainline(ML) / AGM ML 12-65			
5.	Spesifikasi**	1. Batrey UPS Merk Mainline(ML) / AGM ML 12-65			
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Menyetujui Direktur	
 (Sullyanto Amd TekMed)	 23/7 Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	 23/7 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 23/7 2024 Restu Kurniawati, S.KM	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Apabila Bisa dilakukakan TT Lebih baik dr.jalanrtaan Koordinasi dengan ATEM PT DPM					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
40 pcs untuk mana saja?					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

