



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 9401 RSPHU / 1-BAC / IPSRS / VII / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Manset Pasien Monitor
Merk/Type Alat	:	Yonker
Ruang/Unit	:	Irna 2B
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Manset Kondisi Bocor
Analisa	:	1. Setelah di lakukan pengecekan di dapat kerusakan pada karet manset bocor. 2. Kerusakan manset bisa di sebabkan karena manset sudah lama sehingga karet manset jadi getas.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 26 Juli 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Suliyanto,Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 941/PSPHS/1-BAC/IPSRS/VII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Sensor SPO2
Merk/Type Alat	:	Yonker
Ruang/Unit	:	Irna 2B
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Saturasi tidak bisa mendeteksi di monitor
Analisa	:	1. Setelah di lakukan pengecekan maka di dapat kerusakan pada sensor nya dan tidak dapat di perbaiki. 2. Kerusakan bisa di sebabkan karena masa pakai yang sering dan bisa di sebabkan karena seringnya sensor jatuh ke lantai.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 26 Juli 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 26/7/2024	 27/7/24	 27/7/24	 27/7/24
(Sulyanto,Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi






RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 914/RSPHS/I-PM/IRNA 2B/VII/2024

Tanggal	27 Juli 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IRNA 2B				
Alasan Pengajuan	Kerusakan Alat				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Manset Pasien Monitor	1	3	
	2.	Sensor SPO2 Monitor	1	3	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Manset Pasien Monitor : untuk mengukur tekanan darah pasien 2. Sensor SPO2 Monitor : untuk mengukur kadar oksigen dalam darah			
3.	Penempatan alat**	1. Manset pasien Monitor : IRNA 2B 2. Sensor SPO2 Monitor : IRNA 2B			
4.	Merk/Tipe**	1. Manset Pasien Monitor : YONKER 2. Sensor SPO2 Monitor : YONKER			
5.	Spesifikasi**	-			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur
					
Bagas Surya Purwono Amd.Kep)		Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Restu Kurniawati, S.KM	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

1. Manset Pasien Monitor



2. Sensor SPO2 Monitor

