



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 967/RSPHS/I-PM/IFRS/VIII/2024

Tanggal	9 Agustus 2024
Pengajuan Dari Unit*	Instalasi Farmasi
Alasan Pengajuan	Pemenuhan alat pengukuran suhu vaksin untuk memastikan alur rantai dingin dapat sesuai standart pelayanan Kefarmasian

I.DATA BARANG DAN SUPLIER

1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Fridge-tag	2	2	Rusak dan tidak bisa diperbaiki
	2.	Freeze-tag	2	2	Rusak dan tidak bisa diperbaiki
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk memantau dan mengindikasikan adanya paparan suhu beku pada saat pengiriman atau penyimpanan vaksin, darah dan derifatifnya, dilengkapi dengan koneksi USB untuk kepentingan mendownload data pemantauan suhu tanpa menggunakan aplikasi tambahan dengan menampilkan Suhu maksimum dan minimum serta durasi waktu dapat dilihat setiap hari pada saat pemantauan.			
3.	Penempatan alat**	Gudang Farmasi			
4.	Merk/Tipe**	No Merk			
5.	Spesifikasi**	External Dimensions : 128 x 75 x 19 mm Display Dimensions : 95 x 27 mm Weights : 109 g Storage Conditions : 0°C to +30°C / +32°F to +86°F Operation Temperatures : -25°C to +55°C / -13°F to +131°F Operation Temperatures External Sensor : -40°C to +60°C / -40°F to +140°F			
Yang Mengajukan kepala Instalasi Farmasi		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
apt. Ramadhan Rizki Putranto , S. Farm		Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	

TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO




BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 967.1/RSPHS/I-BAC/IFRS/VIII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Fridge dan Freeze tag
Merk/Type Alat	:	Fridge dan Freeze tag
Ruang/Unit	:	Farmasi
Jumlah	:	2 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Fridge dan Freeze tag Kondisi eror tidak bisa membaca suhu.
Analisa	:	1. Fridge dan Freeze tag Kondisi eror tidak bisa membaca suhu.bisa di sebabkan karena sensor dalam Alat tidak berfungsi yang diakibatkan oleh putusnya sensor tersebut.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 Agustus 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 (Zainul A)	 (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

