

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 987 / RSPHS / I - BAC / IRJA / U111 / 2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Mata Bur Dental Unit 2. Shade Guide Gigi
Merk/Type Alat	:	1. Diamond 2. Vitta
Ruang/Unit	:	Poli Gigi
Jumlah	:	1. 6 Pcs 2. 1 Set
Keluhan/Kendala	:	1. Mata Bur Kondisi Aus 2. Shade Guide Gigi Kondisi sudah Memudar warnanya.
Analisa	:	1. Mata Bur Kondisi Aus bisa di sebabkan karena masa alat sudah waktunya ganti seringnya di gunakan menyebabkan mata bur aus. 2. Shade Guide Gigi Kondisi sudah Memudar warnanya. Di sebabkan karena barang sudah lama pemakaian.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Apabila melakukan pemberian tanggapan ke vendor Perbaikan penggantian jumlah Porsi & Lama pakai ?

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 14 Agustus 2024



Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 14/8/2024		 15/8/2024	 15/8/24
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR:


Tanggal	13 Agustus 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Poli gigi umum				
Alasan Pengajuan	Bahan belum ada dan habis di poli gigi				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Anastesi topical	1	Habis	Bahan lama
	2.	Shade Guide Gigi	1 set	Warna memudar karena sudah lama	Bahan lama
	3.	Penjepit dental bib	2	-	Bahan baru
	4.	Mata bur diamond round (kecil, sedang, besar)	Masing @2	-	Bahan lama
	5.	Dental suction connector 11 to 6,5	2	-	Bahan baru
	6.	Komposit A1	1	-	Bahan baru
	7.	Fiber Post	1 set	-	Bahan baru dan CITO
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1.Anastesi topical adalah untuk pencabutan gigi 2. Shade Guide gigi adalah alat untuk mengukur tingkat kecerahan warna gigi 3. Penjepit dental bib adalah alat untuk menjepit dental bib 4. Mata bur diamond round adalah untuk preparasi gigi 5. Dental suction connector adalah alat untuk penyambung suction 6. Komposit A1 adalah bahan gigi 7. Fiber post adalah untuk pasak mahkota			
3.	Penempatan alat**	Poli gigi			
4.	Merk/Tipe**	Tercantum di masing-masing item			
5.	Spesifikasi**	Di Lampiran			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 drg. Sayfrini Farrahdebi No SP: 400.7.222/SP-DRG/184/424.072/2024 (drg. Sayfrini)		 Dwi Novianti, Amd. AK., S. Kes	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Mohon dilampirkan Benda Acara Kersakan untuk mata bor diamond round dan shade guide gigi					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

Anestesi topical




Shade Guide Gigi




Penjepit dental bib




Mata bur diamond round (kecil, sedang, besar)



Dental suction connector
11 to 6,5



Komposit A1



Dental composite : A1, A2, A3



Fiber Post

