



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 979/RSPHS/I-BAC/IGD/VIII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Kabel ECG
Merk/Type Alat	:	Mindray / Beneheart R3
Ruang/Unit	:	IGD
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kabel ECG Kondisi putus
Analisa	:	1. Kabel ECG Kondisi Putus bisa di sebabkan karena melepas dari eletrode nya di tarik paksa.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 09 Agustus 2024


Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 22/8/2024	 22/8/24	 22/8/24	 22/8/24
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Kes)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 979/1/RSPHS/I-PM/IGD/VIII/2024

Tanggal	09 Agustus 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IGD				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kabel ECG	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Kabel ECG Untuk Kelengkapan pemeriksaan pada alat ECG yang menyambungkan dari alat ECG ke Probe electrode tubuh pasien.			
3.	Penempatan alat**	1. Kabel ECG pada alat ECG			
4.	Merk/Tipe**	1. Mindray / Beneheart R3			
5.	Spesifikasi**	1. Mindray / Beneheart R3			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 22/8 2024	Kabid Penunjang Medis 22/8 24	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
Angela Wensi FR, S.Kep, Ns	Restu Kurniawati, S.KM	Dwi Novianti Amd.AK., S.Kes	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

