








PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 1060/RSPHS/I-PM/LAB/IX/2024

Tanggal	06/09/2024			
Pengajuan Dari Unit*	Laboratorium			
Alasan Pengajuan	Melakukan pemeriksaan rekam jantung // penambahan alat baru.			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit
	1.	ECG (Elektrocardiographi)	1	0
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. ECG (Beneheart R3) digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Elektrokardiografi (EKG) adalah pemantulan aktivitas listrik dari serat – serat otot jantung secara goresan.		
3.	Penempatan alat**	1. Laboratorium sampling		
4.	Merk/Tipe**	1. ECG Beneheart R3 Mindray		
5.	Spesifikasi**	1. Tingkat pengambilan sampel digital: 1000 sampel/detik/saluran - Tingkat pengambilan sampel pendeteksian pacer: 16.000 sampel/detik/saluran - Penguat EKG: DC-coupled - Mode akuisisi: Pra atau pasca akuisisi, berikan 10 detik seketika 10 		
Yang Mengajukan	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur
 (Elza Safarina Uifa,.A.Md.AK)	 Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 Restu Kurniawati, S.KM	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
1. Menerapkan layanan pasien Rawat Jalan.				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				