



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1099/RSPHS/I-BAC/MCU/IX/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 18 September Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Spirometry
Merk/Type Alat	:	MIR / Spirolab
Ruang/Unit	:	Poli Paru
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Spirometry Kondisi Mati total
Analisa	:	1. Spirometry setelah di lakukan pengecekan terdapat kerusakan pada komponen elektroniknya,IC Adaptor rusak sehingga saat di gunakan alat mati total. 2. Mohon di ganti unit baru karena kondisi alat tidak bisa di perbaiki (Alat Spirometry dari Tahun 2017).
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 18 September 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 19/9/2024			
(Sulyanto Amd Tek Med)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1029.1 / RSPHS / 1 - PM / IRJA / IX / 2024

Tanggal	18 September 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IRJA Poli Paru				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Spirometry	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Spirometry Adalah Alat untuk menilai fungsi paru-paru yang dilakukan dengan mengukur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru			
3.	Penempatan alat**	1. Spirometry Untuk Poli Paru			
4.	Merk/Tipe**	1. Spirometry Merk MIR / Spirolab			
5.	Spesifikasi**	1. Spirometry Merk MIR / Spirolab			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Hendi. Wijayanto)	19/9/2024  (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
SPRU MERK dari Hbkm RSPHM.					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

