

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1243/RSPHS/I-BAC/IRNA 2A/XI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 01 November Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	ECG
Merk/Type Alat	:	Med Cardio / Cardio 3B
Ruang/Unit	:	Irna 2A
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. ECG Kondisi Mati Total
Analisa	:	1. ECG Setelah di bongkar terdapat kerusakan pada komponen Power Suplay tidak berfungsi.(ECG pembelian tahun 2018)
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 02 November 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	PLT Wakil Kabid Pelayanan Medis	PLT Wakil Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	04/11/2024 			
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Ns. Angelawensi F.R S.kep)	(Rhizqita J.E Rahmanda. Amd. PK. S. KM)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1243/RSPHS/I-BAC/PRNA 2A/VI/2024

Tanggal	02 November 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Irna 2A				
Alasan Pengajuan	Penggantian EKG yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Mesin EKG	1	0	Rusak(Pengajuan barang baru) ✓
	2.				
2.	Fungsi alat**	Mesin EKG : Untuk Pemeriksaan aktivitas Listrik jantung			
3.	Penempatan alat**	Irna 2A			
4.	Merk/Tipe**	Mindray			
5.	Spesifikasi**	Tergantung Pengadaan			
Yang Mengajukan	PLT Wakil Kabid Penunjang Medis a1 (Anis Purnamasari, A.Md. Kep)	PLT Wakil Kabid Pelayanan Medis (Ns. Angelawensi F.R S.kep)	Menyetujui Direktur dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS		
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

