



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 1276/RSPHS/I-BAC/IRNA 2A/XI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 13 November Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Syringe Pump
Merk/Type Alat	:	Infusia SP7s
Ruang/Unit	:	Irna 2A
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Syringe Pump Kondisi patah dan mati total pada pada penjepit sensor Syringe.
Analisa	:	1. Syringe Pump patah bisa di sebabkan karena terlalu kuat untuk membukannya. 2. Syringe Pump mati total ada komponen power suplay nya tidak berfungsi
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 13 November 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 14/11/2024			
(Sulyanto Amd Tek Med)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)




Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1276/RSPHS/I-BAC/IRNA 2A/XI/2024

Tanggal	13 November 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Irna 2A				
Alasan Pengajuan	Penggantian Syringe Pump yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Syringe Pump	1	0	Rusak(Pengajuan barang baru)
	2.				
2.	Fungsi alat**	Mengatur jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh melalui intravena			
3.	Penempatan alat**	Irna 2A			
4.	Merk/Tipe**	Mindray			
5.	Spesifikasi**	Tergantung Pengadaan			
Yang Mengajukan	PLT Wakil Kabid Penunjang Medis	PLT Wakil Kabid Pelayanan Medis	Menyetujui Direktur		
					
(Anis Purnamasari, A.Md. Kep)	(Rhizqita J.E Rahmanda. Amd. PK. S. KM)	(Ns. Angelawensi F.R S.kep)	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS		
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

