



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1309/RSPHS/I-BAC/RAD/XI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 23 November 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Batrai DAR
Merk/Type Alat	:	DRTECH / EVS-MBP
Spesifikasi	:	7.4 V / 4000 mAh
Ruang/Unit	:	RADIOLOGI
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Batrai lowbet (Tidak Bisa di Charger)
Analisa	:	Batrai Lowbet Bisa di Seabkan karena Seringnya Digunakan
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Masa Pakar Mulai tahun 2025.

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 23 November 2024



Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	25/11/2024 			
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W.S.Kep.M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1309.1/RSPHS/I-PM/RAD/XI/2024

Tanggal	23 November 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Batrai yang Rusak Tidak Bisa Diperbaiki				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Batrai Kaset DAR	1 Unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk Mengaktifkan Kaset DAR			
3.	Penempatan alat**	1. Radiologi			
4.	Merk/Tipe**	1. DRTECH / EVS-MBP			
5.	Spesifikasi**	1. 7.4 V / 4000 mAh			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
	 25/11/2024	 23/11/2024		 	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT

