

Malang, 18 Juli 2026

Nomor : 375.7/I-PNJ/DIR/VII/2026
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Peralatan Medis, Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan ditemukan kegagalan fungsi pada alat medis Mikroskop merk Takagi tipe OM-9 serial number 2002458.0 di IKO dengan footswitch tidak dapat digunakan di bagian fokus, maka kami mengajukan pengecekan pada pihak ke-3 yaitu PT. Surya Tama Medika (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Sekretariat RS
2. Kabid Pelayanan Medis
3. PLT Kabid Penunjang Medis
4. Kepala Bagian Umum
5. Kains IRJA
6. Ka Ins IPSRS



LAMPIRAN

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA **PT. DISA PRIMA MEDIKA**

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 18, 7, 2016
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IGD Mita

Perihal *) ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	Identitas Barang
1	Footswitch Mikroskop		Tabung DM - 9 2024580

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam		
	1	Sudah dilakukan pengecekan pada bagian focus & zoom. pada bagian fokus terjadi kendala. tak berfungsi normal. Usa alat 9 tahun.
	2	
Spare part yang rusak	Footswitch.	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
				
Ka. Unit	Petugas Alat Elektromedis	Ka. IPSRS	Kabid	Ka. Gudang Umum Farmasi

*) Pilih (x) salah satu.

Banjaranum Selatan No 3 - 7 Singosari - Malang.
Telp 0341 - 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



LAMPIRAN



Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes