

**FORM LAPORAN SEDIAAN FARMASI / ALAT KESEHATAN / BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
YANG DIDUGA TIDAK STABIL, TERKONTAMINASI, RUSAK ATAU PALSU
NOMOR : 371.1/I-PNJ/DIR/VII/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal 09 Juli 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Murwani Suryaning S, A.Md.Kep
2. Unit : Instalasi Gawat Darurat

Dengan ini melaporkan hasil penggunaan sediaan farmasi/ BMHP :

No	Nama Barang	Jenis	Merk	Distributor	No. Batch	Tanggal Kedaluwarsa	Jumlah yang Bermasalah	Jenis Masalah yang Ditemukan	Deskripsi Lengkap Masalah
1	Infusion Set Dewasa VYLL	☐ Obat ☒ Alat Kesehatan ☐ Bahan Medis Habis Pakai	Stera	PT. Intisumber Hasil Sempurna	02012688	12/2030	1	☒ Kemasan rusak / penyok / bocor ☐ Perubahan warna / bau / bentuk ☐ Kontaminasi (keringat, partikel, jamur, cairan asing) ☐ Tidak stabil (endapan, pemisahan fase, perubahan konsistensi) ☐ Diduga palsu (ketidaksesuaian label, hologram, nomor izin, dsb.) ☐ Reaksi pengguna / keluhan pasien ☐ Notifikasi penarikan (recall) dari BPOM / Pabrik / Distributor ☐ Lainnya:.....	Bocor pada bagian injeksi

Kondisi Ketika Ditemukan

Lokasi ditemukan : IGD
 Tanggal dan waktu ditemukan : 09/07/2026 pukul 16.30
 Ditemukan oleh : Rizal Ari Wicaksono

Status barang setelah ditemukan : ☐ Dikarantina

☐ Dihentikan penggunaannya

☐ Masih tersimpan di unit (belum digunakan)

☒ Sudah digunakan → segera laporkan efeknya

Tindakan Awal Unit Pelapor

☒ Melaporkan ke Instalasi Farmasi / Logistik

☐ Menghentikan penggunaan barang

☐ Memindahkan ke area karantina

☐ Melaporkan ke Kepala Bidang / Kepala Ruangan

☐ Membuat laporan insiden (jika berdampak pada pasien)

Catatan tindakan awal :

Verifikasi Instalasi Farmasi

Diterima oleh (nama petugas) : apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Tanggal diterima : 09 / 07 / 2026

Hasil verifikasi:

☒ Benar rusak

☐ Terindikasi palsu

☐ Perlu pemeriksaan lanjutan

☐ Tidak ditemukan kerusakan (good product)

Rekomendasi:

☐ Karantina lanjutan

☐ Kembalikan ke pemasok

☒ Hancurkan sesuai prosedur

☐ Lakukan uji laboratorium

☐ Lapor BPOM / Dinas Kesehatan

Catatan verifikasi : Infusion bocor setelah masuk cairan pada bagian injeksi

Tindak Lanjut Oleh Instalasi Farmasi

Apakah diperlukan investigasi?



☐ Ya

☒ Tidak

Apakah diperlukan RCA (Root Cause Analysis)?

☐ Ya

☒ Tidak

Apakah terkait keselamatan pasien?

☒ Ya

☐ Tidak

Unit yang menerima tembusan laporan:

☐ Komite Mutu

☐ Komite Farmasi & Terapi

☐ MFK / Keselamatan Fasilitas

☒ Kepala Bidang Penunjang Medis

☐ IPCN

☒ Lainnya: Apoteker gudang farmasi dan Pengadaan PT. Disa Prima Medika

Catatan tambahan: Ajukan tukar barang yang rusak sesuai laporan dan koordinasi dengan Pengadaan PT. DPM untuk menindaklanjuti pergantian merk

Tanggapan Kabid Penunjang Medis :

1. Tindak lanjuti hasil verifikasi kerusakan.
2. Segera ajukan tukar barang yang rusak.
3. Jika ditemukan kejadian serupa berulang, lakukan evaluasi dan pertimbangan penggantian merk.



Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang tersebut kami mohon di tindaklanjuti. Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 09 Juli 2026

User Pengguna

Murwani Suryaning S, A.Md.Kep

Mengetahui,
Kepala Instalasi Farmasi

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Mengetahui,
Kepala Bidang Penunjang Medis

Ns. Sherly Rosita, S.Kep

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

DOKUMENTASI

