

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya	 Komite Akreditasi Nasional LP-496-IDN
	Jl. Karangmenjangan No. 22 Surabaya Email: bpfk-surabaya@kemkes.go.id , Telp: 0315035830	

LAPORAN EVALUASI DOSIS PERSONIL SERTIFIKAT DOSIS RADIASI						
Nomor: E-00482TLD/PPDP/G2/III/2024						
Nama Instansi: PT. Disa Prima Medika Alamat Instansi: RS. Prima Husada Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 54, Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo					Tgl. Kirim: 07 Maret 2024 Tgl. Terima: 07 Maret 2024 Tgl. Evaluasi: 08 Maret 2024	
Periode Pemakaian: Desember 2023 s.d Februari 2024						
No	NPR	Nama Pekerja	No. MP / Lencana	Dosis (msv)		
				Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(3)
1	441967	M Ifan Ramadhan Nur	05773	0.19 (±0.05)	--	--
2	427874	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	04722	0.18 (±0.04)	--	--
3	428332	Ahmad Fariz Dzulfikar, Amd. Rad	05903	0.18 (±0.04)	--	--
4	438568	Yudistira Wahyu Putra Pradana, A.Md.Rad.	05446	0.19 (±0.05)	--	--
5	447961	Jason Ersadwian Pranyoto	06517	0.19 (±0.05)	--	--
6	042862	dr. Suharto, Sp.Rad	05770	0.19 (±0.05)	--	--
7	441969	M Alif Yiza Mubarak	05771	0.18 (±0.04)	--	--
8	414623	Ayu Bintang Tinara	00931	0.18 (±0.04)	--	--
9	436452	Fatimatuz Zahroh, S.Si	07016	0.56 (±0.14)	--	--
10	448260	dr. Normayanti, Sp.KG	07076	0.17 (±0.04)	--	--
11	448259	Wardah Mahdiyah Mudzakir	07017	0.48 (±0.12)	--	--
Dibuat Oleh: Ruly Herawati, ST					Tanggal: 07 Maret 2024	
Diperiksa dan disetujui oleh: Ero Wahjuningdiah, S.ST, M.KKK					Tanggal: 14 Maret 2024	

Keterangan:

1. Tanda minus dua kali (--) = tidak ada data
2. Nilai Batas Dosis (NBD) pekerja radiasi = 20 msv/th (Perka BAPETEN No. 4 tahun 2013)
3. Metode Pengujian IEC 62387 tahun 2012
4. Limit deteksi yang mampu dibaca adalah Limit deteksi TLD = 0.01 mSv
5. Jika diperoleh nilai lebih rendah dari limit deteksi maka dosis yang diterima adalah 0 msv
6. Ketidakpastian diukur pada tingkat kepercayaan 95% dan k = 2
7. Dosis akhir adalah akumulasi dosis pekerja dan dosis background diambil dari nilai dosis akhir pada TLD kontrol.
8. TLD ini diuji dengan Metode Kerja MK-PPDP-03.
9. Tertelusur dengan TLD Standart tanggal 27 Februari 2023
10. Laporan Hasil Evaluasi hanya berlaku untuk TLD yang diuji



Surabaya, 14 Maret 2024
Kepala BPFK Surabaya

Dr. WAHYUDI IFANI, ST, M.Si
197211181999031003