



FORM EVALUASI MESIN CUCI SIYUBA

Dengan ini melaporkan hasil evaluasi Mesin Cuci Siyuba :

Nama Alat : MESIN CUCI WASHER
Merk : SIYUBA SPM 30 EX
Vendor : PT. HARI MUKTI TEKNIK

Hasil Evaluasi :

1. Terdapat kendala saat pengaturan signal chemical di awal pemasangan.
2. Sekitar seminggu yang lalu terdapat kendala signal chemical tidak sesuai dosis, teknisi chemical dan teknisi siyuba kolaborasi dan sudah teratasi.

Evaluasi dari Kepala Bidang Penunjang Medis :

Selama pemakaian dari Bulan April 2024 sampai dengan Bulan Mei 2024 tidak ditemukan kerusakan, kendala hanya pada signal chemical tetapi mesin cuci tetap bisa berjalan. Saran dilakukan evaluasi setelah 3 bulan pemakaian yaitu Bulan Juli 2024.

Sesuai dengan pelaporan penggunaan barang trial tersebut tidak dilakukan penginputan pada SIMRS.

Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih

Malang, 28 Mei 2024

Kepala Unit CSSD & Laundry

Achmad Taufan, Amd. Kep

Menyetujui,
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Putri Indah P, Amd. Keb

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada

dr. Nur Mazidah