



NOTULEN

HARI / TANGGAL : RABU, 19 JUNI 2024
PUKUL : 10.00 WIB - SELESAI
JENIS MEETING : PERTEMUAN TINDAK LANJUT PELAPORAN ALAT KESEHATAN
SUBSTANDAR
TEMPAT : NURSE STATION IGD

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Pelaporan keluhan alat kesehatan substandard Masalah : IV canul no. 20 - Hospitech Keterangan : Keluhan IV canul no. 20 - Hospitech PIC : 1. PLT Kabid Penunjang Medis 2. Pengadaan PT Disa Prima Medika 3. Kepala Instalasi Farmasi 1. Ujung iv canul kriting dan pasien kesakitan. Perawat memasang iv canul 2 kali percobaan baru berhasil karena iv canul kurang tajam dan kriting. 2. Keluar dari tutupnya, resiko needle stick injury 3. Principal menjelaskan sebelum memasang iv canul harus dipastikan iv canul yang masih dalam keadaan tertutup tidak bengkok atau tidak cacat karena kriting iv canul bagian ujung bisa jadi karena produk cacat. Di rumah sakit belum ada laporan produk cacat sehingga disarankan RS melaporkan dokumentasi produk yang cacat. Tindak Lanjut : Perawat mengumpulkan dan dokumentasi terkait temuan IV canul no. 20 - Hospitech termasuk foto cacat produk/ substandard dan foto nomor batch/ LOT. Kemudian IV canul no. 20 - Hospitech yang cacat diserahkan ke farmasi sebagai bukti ke principal untuk dilakukan tukar produk dengan nomor batch yang lain. Selanjutnya jika IV canul no. 20 - Hospitech yang digunakan selanjutnya (nomor batch baru) masih ditemukan cacat produk/ substandard maka kepala ruang mengajukan form komplain ke farmasi agar ditindaklanjuti saran penggantian ke merk lain.

Pemimpin Rapat
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Putri Indah P., A.Md.Kep.

Malang, 19 Juni 2024
Notulis

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah



DOKUMENTASI

