



TELAAH CSSD
TENTANG
STERILISASI INSTRUMEN BEDAH SARAF

I. Persoalan atau Masalah

RS Prima Husada Malang masih belum memiliki alat sterilisasi jenis steam plasma sedangkan beberapa instrument bedah saraf membutuhkan alat tersebut untuk sterilisasi.

Demi meningkatkan pelayanan kamar operasi khususnya bedah saraf, maka diperlukan juga salah satu peralatan penunjang yaitu instrumen bedah saraf yang baik juga. Untuk itu unit sterilisasi pusat juga harus update mesin sterilisator yang sesuai dengan alat bedah saraf. Perlu diketahui sterilisator unit steril yang sekarang yaitu dengan metode panas dryheat (memert) yang kurang di anjurkan oleh vendor instrumen dan Dokter Spesialis Bedah Saraf.

II. Praanggapan

Mesin sterilisator saat ini kurang mendukung untuk mensterilkan alat bedah saraf, Alat Sterilisasi Tingkat Tinggi (autoclave) dapat menyebabkan instrument bedah saraf menjadi lebih cepat rusak dan menghitam.

III. Fakta yang mempengaruhi

1. Instrument bedah saraf memerlukan perlakuan khusus terkait cara dekontaminasi dan sterilisasinya, karena memiliki bahan yang memerlukan perlakuan khusus dan dapat rusak jika disterilkan menggunakan mesin "Memert".
2. Mesin sterilisator unit CSSD RS Prima Husada kurang di anjurkan untuk di pakai ke instrument bedah saraf.
3. Instrument bedah saraf masih baru dan memiliki garansi selama 1 tahun, jika alat sudah masuk atau disterilkan ke mesin memert maka garansi akan hilang (tidak berlaku), karena mesin steril kurang di anjurkan oleh vendor.
4. Dengan mesin steril steam plasma akan mempercepat proses sterilnya yaitu 4 menit (bisa digunakan untuk instrument lain).
5. Beberapa bahan atau instrumen medis tidak tahan terhadap suhu dan tekanan tinggi yang digunakan dalam autoclave. Hal ini membatasi penggunaan autoclave pada jenis bahan yang kompatibel dengan metode sterilisasi ini.
6. Plasma steam menggunakan suhu rendah sehingga bermanfaat untuk alat yang sensitive suhu.

IV. Analisis

Mesin Steril Standar	Mesin Steril Saat Ini
	



Kerugian : 1. Harga mungkin lebih mahal 2. Pelatihan kusus bagi user Keuntungan : 1. Untuk alat2 seperti bipolar, kabel bipolar, mata bor sebaiknya pakai steam plasma (suhu rendah) supaya alat lebih awet. 2. Metode steril paling aman dan efektif. 3. Penetrasi lebih cepat (132 derajat selama 4 menit). 4. Direkomendasikan oleh vendor alat bedah saraf.	Kerugian : 1. Bahan besi baja 2. Penetrasi membutuhkan waktu yang lama (160 Derajat selama 120 menit). 3. Perlu suhu tinggi 4. Merusak bahan karet Keuntungan : 1. Dapat mensterilkan bahan yg tdk dapat di tembus steam. 2. Tidak bersifat korosif, mencapai seluruh permukaan alat. 3. Untuk alat2 logam bisa pakai autoclave biasa (suhu tinggi).
--	---

V. Kesimpulan

Penggunaan sterilisator steam maupun dryheat sama sama terdapat keuntungan dan kerugian. Kebijakan penggunaan harus sesuai dengan kebijakan yang di buat pemerintah dengan kebijakan rumah sakit tersebut. Dalam hal ini mesin steril steam lebih di rekomendasikan untuk digunakan pada instrumen bedah saraf

VI. Saran

Pemakaian mesin steril yang sesuai dengan instrument bedah saraf kususny, dapat memperpanjang umur instrument dari kerusakan

Mengetahui,
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Putri Indah Purnamasari, AMd. Keb

Malang, 20 juni 2024
Kepala Ruang CSSD Laundry

Ahmad Taufan F AMd. Kep

Menyetujui,
PLT Direktur RS Prima Husada

dr. Nur Mazidah



LAMPIRAN

1. Jumlah rujukan keluar pro trepanasi :

NO	DIAGNOSA	JUMLAH
1	CVA ICH	11
2	SDH	4
3	EDH	2
4	ICH	3
5	COB	1
6	SAH	1
Total		22

Keterangan :

Perlu alat bipolar, kabel bipolar dan mata bor yang perlu sterilisasi dengan steam plasma.

2. Jumlah Operasi Mata Per Bulan di Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	69
2	Februari	55
3	Maret	54
4	April	39
5	Mei	70

Keterangan :

Instrumen mata seharusnya disteril dengan metode steam plasma, namun saat ini menggunakan autoklaf sehingga beberapa instrumen menjadi tidak optimal fungsinya.