



NOTULEN

HARI / TANGGAL : SELASA, 25 JUNI 2024
PUKUL : 08.30 WIB - SELESAI
JENIS MEETING : PERTEMUAN TINDAK LANJUT PELAPORAN ALAT KESEHATAN
SUBSTANDAR
TEMPAT : NURSE STATION 2A

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Pelaporan keluhan alat kesehatan substandard Masalah : Blood set- Hexacare Keterangan : Keluhan blood set- Hexacare PIC : 1. PLT Kabid Penunjang Medis 2. Pengadaan PT Disa Prima Medika 3. Kepala Instalasi Farmasi 1. Saat buat punksi tidak dapat menarik cairan sudah dicoba oleh dr. Elvi namun cairan tidak bisa ditarik dan dr yunita dengan pasien yg berbeda bisa ditarik tapi cairan yg ditarik hanya sedikit, dan hasil di rontgen cairan di paru-paru ada. 2. Blood filternya kaku, tidak elastis, sambungan ke IV canul sulit, tidak efektif, menyulitkan perawat Tindak Lanjut : Perawat mengumpulkan dan dokumentasi terkait temuan blood set - Hexacare termasuk foto cacat produk/ substandard dan foto nomor batch/ LOT. Kemudian blood set - Hexacare yang cacat diserahkan ke farmasi sebagai bukti ke principal untuk dilakukan tukar produk dengan nomor batch yang lain. Selanjutnya jika blood set - Hexacare yang digunakan selanjutnya (nomor batch baru) masih ditemukan cacat produk/ substandard maka kepala ruang mengajukan form komplain ke farmasi agar ditindaklanjuti saran penggantian ke merk lain.
2	Pokok Bahasan : Pelaporan keluhan alat kesehatan substandard Masalah : Infusion set - Hexacare Keterangan : Keluhan infusion set - Hexacare PIC : 1. PLT Kabid Penunjang Medis 2. Pengadaan PT Disa Prima Medika 3. Kepala Instalasi Farmasi 1. Infusion set – Hexacare bagian roller clamp tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan tetesan infus tidak menetes sesuai perhitungan. Roller clem tidak sesuai, berubah ubah, kadang cepet kadang tidak. Meskipun sudah di setting. 2. Jika di kecilkan cairan infus tidak jalan namun jika di besarkan cairan infus terlalu cepat. 3. Jika sudah menempel di abocat tidak bisa dilepas jadi susah membenarkan kecuali dilepas semuanya. 4. Slang infus set terlalu lentur, gampang ada bekuan darah 5. Untuk ujung slang gampang tersumbat, apa lagi di pakai untuk anak-anak yang banyak bergerak dan beraktivitas. 6. Jika di pakai anak-anak gampang macet-macetan. 7. Roller infus susah di atur, tancapan ke botol infus gampang patah, selang infus gampang melintir.



Tindak Lanjut :

Perawat mengumpulkan dan dokumentasi terkait temuan infusion set - Hexacare termasuk foto cacat produk/ substandard dan foto nomor batch/ LOT. Kemudian infusion set - Hexacare yang cacat diserahkan ke farmasi sebagai bukti ke principal untuk dilakukan tukar produk dengan nomor batch yang lain.

Selanjutnya jika infusion set - Hexacare yang digunakan selanjutnya (nomor batch baru) masih ditemukan cacat produk/ substandard maka kepala ruang mengajukan form komplain ke farmasi agar ditindaklanjuti saran penggantian ke merk lain.

Pemimpin Rapat
PLT Kepala Bidang Penunjang Medis

Putri Indah P., A.Md.Kep.

Malang, 25 Juni 2024
Notulis

apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah



DOKUMENTASI

