

LAMPIRAN

I. Standar Safety Box

a. Kutipan aturan penggunaan safety box dari PMK Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi pada lampiran halaman 50:

“Penanganan Limbah Benda Tajam/ Pecahan Kaca

- Janganmenekuk atau mematahkan benda tajam.
- Jangan meletakkan limbah benda tajam sembarang tempat.
- Segera buang limbah benda tajam ke wadah yang tersedia tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi.
- Selalu buang sendiri oleh si pemakai.
- Tidak menyarungkan kembali jarum suntik habis pakai (recapping).
- Wadah benda tajam diletakkan dekat lokasi tindakan.
- Bila menangani limbah pecahan kaca gunakan sarung tangan rumah tangga.
- Wadah Penampung Limbah Benda Tajam :
 - Tahan bocor dan tahan tusukan
 - Harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan
 - Mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi
 - Bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan
 - Ditutup dan diganti setelah $\frac{3}{4}$ bagian terisi dengan limbah
 - Ditangani bersama limbah medis



Gambar 26. Wadah Tahan Tusuk

b. Kutipan aturan penggunaan safety box berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit pada Standar PPI 7.2 yang berbunyi Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman, pada lampiran halaman 180:

- Benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan, disimpan di dalam wadah yang tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning, diberi label infeksius, dan dipergunakan hanya sekali pakai sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- Bila pengelolaan benda tajam dan jarum dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit harus berdasar atas kerjasama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ada bukti data dokumen limbah benda tajam dan jarum.
- Ada bukti pelaksanaan supervisi dan pemantauan oleh IPCN terhadap pengelolaan benda tajam dan jarum sesuai dengan prinsip PPI, termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit.
- Ada bukti pelaksanaan pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai regulasi.

II. Penggunaan Safety Box RS Prima Husada.

No	Pernyataan	April 2024	Mei 2024	Juni 2024
1	Rata-rata timbangan limbah safety box per bulan	296 kg	321 kg	252 kg
2	Jumlah rata-rata pasien IRNA	1297 orang	1332 orang	1237 orang
(1 safety box bisa menampung ± 2 s.d 3 kg limbah benda tajam)				
3	Rata-rata penggunaan safety box per bulan	296kg/bln : 2 s.d 3 kg/pcs = ± 99 s.d 148 pcs/bln	321 kg/bln : 2 s.d 3 kg/pcs = ± 107 s.d 160 pcs/bln	252 kg/bln : 2 s.d 3 kg/pcs = ± 84 s.d 126 pcs/bln
4	Rata-rata penggunaan safety box per minggu	± 99 s.d 148 pcs/bln : 4 minggu/bln = ± 25 s.d 37 pcs/minggu	± 107 s.d 160 pcs/bln : 4 minggu/bln = ± 27 s.d 40 pcs/minggu	± 84 s.d 126 pcs/bln : 4 minggu/bln = ± 21 s.d 32 pcs/minggu

- Dari tabel penggunaan safety box diatas dapat disimpulkan kebutuhan safety box rata-rata ± 20 s.d 40 pcs/minggu.
- Orderan Safety Box rutin setiap minggu oleh tim CS sebanyak 30-40 pcs/minggu.
- Jumlah penggunaan safety box juga dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan pasien, jenis penyakit pasien, dan jenis Tindakan yang dilakukan.

III. Daftar Kebutuhan Safety Box Unit.

No	Unit	Kebutuhan Safety Box/hari	Kebutuhan Safety Box/minggu	Kebutuhan Safety Box/bulan
1	IGD	1	4	15
2	CSSD	1	0	1
3	IKO	1	1	4
4	Radiologi	1	0	1
5	ICU	1	3	12
6	HCU	1	1	2
7	IRNA 2C	1	1	4
8	IRNA 2A	1	3	12
9	IRNA 3C	2	5	15
10	PICU	1	0	1
11	LAF	1	0	2
12	IRNA 3A	1	1	4
13	Maternitas	2	3	12
14	NICU	1	0	1
15	IRNA 4A	1	3	12
16	IRNA 5C	1	3	12
17	IRNA 6A	1	3	12
18	IRNA 7A	1	3	12
19	IRNA 8A	1	2	8
20	Poli Bedah Syaraf	1	0	1
21	Poli Bedah Plastik	1	0	1
22	Poli Bedah Umum	1	0	1
23	Poli Urologi	1	0	1



24	Poli Jantung	2	0	2
25	Poli Syaraf 1	1	0	1
26	Poli Syaraf 2	1	0	1
27	Poli Jiwa	1	0	1
28	Poli Paru	1	0	1
29	Poli Orthopedi	1	0	1
30	Rehab Medik	1	0	1
31	Poli Gigi 1	1	0	1
32	Poli Mata	1	0	1
33	Poli Gigi 2	1	0	1
34	Poli IPD 1	1	0	1
35	Poli IPD 2	1	0	1
36	Poli Obgyn 1	1	0	1
37	Poli Obgyn 2	1	0	1
38	Poli Anak 1	1	0	1
39	Poli Anak 2	1	0	1
40	Poli THT	1	0	1
41	Poli MCU	1	0	1
42	Poli Sakura	4	0	4
43	Laboratorium	2	4	8
Total		50	40	177

Ket: Safety Box paling sering digunakan oleh unit IGD, IRNA, Laboratorium, IKO, ICU. Unit lainnya tetap menggunakan / tersedia safety box di ruangan namun kebutuhannya tidak terlalu banyak sehingga bisa 1 bulan sekali baru diganti safety box nya, karena penggunaan benda tajam (sputit, jarum, mess, dll) di unit tersebut juga jarang.