



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 681/I-PNJ/IPSR/V/2024

Tanggal	20 Mei 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Penggantian Part Rusak Mainboard Ventilator (Air Inspiration Limb + O2 Inspiration Limb) unit Perinatologi			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Mainboard Air Inspiration Limb	1	
	2.	Mainboard O2 Inspiration Limb	1	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Mendeteksi laju aliran inspirasi pemapasan pada pasien 2. Membaca konsentrasi oksigen yang digunakan pada mesin ventilator		
3.	Penempatan alat**	Perinatologi		
4.	Merk/Tipe**	Mindray / Synovent E5 / SN EE-23006435		
5.	Spesifikasi**	Ventilator 1. Name: Mainboard Air Inspiration limb & O2 Inspiration limb 2. Brand: Mindray 3. Type : Synovent E5 4. Weight: 23 kg 5. Output pressure compressor : 300~450 kPa 6. Dimensions: 730mm (depth) * 560mm (width) * 870mm (height) 7. Display : 12.1" Color active matrix TFT touch screen (separable 180° rotation and 45°tilt)		
Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Yanmed	PLT Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
 Moch Arifin	 dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				



*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Mainboard Air Inspiration Limb + O2 Inspiration Limb Ventilator Mindray / Synovent E5





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 20/5/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : perinatologi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Ventilator	Kode Inventaris	:
		Merk	: mindray
		Type	: synovent ES
		Nomor Seri	: EE - 23006435
		Warna	: putih
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 2.	mainboard O ₂ inspiration limb, bagian serabut tipis putus.
Spare part yang rusak	: O ₂ inspirasi limb.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
(Cindri)	(Suf salma gita)	(Mod. H. P. in.)	(Putri Indah)	(.....)
Ka. Unit perinatologi	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (v) salah satu.



JDP051

PB FREE
(Hr/e1/e1)

6006301

TSI REV-A

C-1B

94V-0

E189010

203: T

ET



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 20 / 5 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : Perinatologi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Ventilator	Kode Inventaris	:
		Merk	: mindray
		Type	: synorent E5
		Nomor Seri	: EE - 23006435
		Warna	: putih
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 2.	mainboard. air inspiration limb, bagian serabut tips putus.
Spare part yang rusak	Air Inspiration limb.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
				
(.....) Ka. Unit Perinatologi	(.....) Petugas Alat	(.....) Ka. IPSRS	(.....) Kabid	(.....) Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

