



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 755/I-PNJ/IPSR/V/2024

Tanggal	30 Mei 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IPSR			
Alasan Pengajuan	Pengajuan Baru Kebutuhan IPSRS			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital)	1 unit	
	2.	KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C	1 unit	
	3.	INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL	5 pasang	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Alat pengukur kecepatan angin yang menjadi instrumen dasar stasiun cuaca. 2. Untuk mengukur suhu pada suatu ruangan, baik ruang penyimpanan maupun suhu kamar. Pengukuran suhu ruang merupakan salah satu bagian terpenting dalam berbagai bidang kehidupan 3. Sarung tangan memiliki fungsi yang amat penting. Fungsi sarung tangan safety adalah sebagai alat pelindung tangan saat bekerja di tempat atau kondisi yang dapat mengakibatkan cedera tangan.		
3.	Penempatan alat**	IPSR		
4.	Merk/Tipe**	1. Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital). 2. KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C. 3. INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL		
5.	Spesifikasi**	1. Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital) a) Resolution Capability 0.1 (m/s), 0.3 (km/h) b) Operating Temperature and Humidity Range 0 to 45 ° C 80% RH or less c) Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) 67 x 192 x 44 d) Power Square square 9V dry battery x 1 (sold separately) e) Measurement Item Wind speed f) Measuring Range Wind speed: 0.8 to 30 m/s, Temperature: 0 to 45 ° C g) Weight (g) 165 h) Precision ± 5% i) M Code 26238546 j) Berat (Kg) 0.5 2. KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C a) Model Number 10206574 b) Unit 1unit c) Display 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight d) Response Time (ms) < 150 e) Range (°C/°F) -50 to 380/68 to 752 f) Resolution (°C) 0.1 g) Repeatability (°C/°F) ± 1/1.8 h) Emissivity Fixed at 0.9 i) Accuracy ± 2% / ± 2°C j) Berat (Kg) 0.3 3. INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL a) Model Number HGVL08 b) Unit 1pair c) Size XL d) Berat (Kg) 0.5		
Yang Mengajukan Ka IPSRS	PLT Kabid Yanmed	PLT Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
 %h/Moch Aripin	 dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	 Putri Indah Purnama, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
kelengkapan anemometer & kris				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin Digital)



KRISBOW Termometer Inframerah 10206574 -50 to 380°C



INGCO Latex Safety Gloves (Sarung Tangan Latex) HGVL08 XL

