



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 764/I-PNJ/IRNA/VI/2024

Tanggal	03 Juni 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IRNA 2,3,4A			
Alasan Pengajuan	Pengajuan Peralatan Medis Baru			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
	1.	ECG Mindray Beneheart R3	2	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	EKG (Elektrokardiografi) merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung		
3.	Penempatan alat**	IRNA 2A dan 3A		
4.	Merk/Tipe**	ECG Mindray Beneheart R3		
5.	Spesifikasi**	ECG Mindray Beneheart R3 1. Tinggi 56 mm 2. Lebar 260 mm 3. Dalam 194 mm 4. Berat 1,2 Kg termasuk Baterai 5. Rata-rata Sampel 100 Sample/ detik/ channel 6. Deteksi Pacer 16000 Sample/detik/channel 7. Amplifier DC-couple 8. Mode Aquisisi Pre-or post-acquisition, provide 10 second 9. Dinaminc Range AC diferensial ± 10 mV DC Offset ± 600 Mv 10. Resolution 1 μ V/ LSB 11. Respon Frekuensi -3 dB @ 0,05 sampai 150 Hz 12. Artifact filter 20 Hz, 35 Hz 13. AC Filter 50/60 Hz 14. Impedance input > 50 Oh 15. Time Constanat $\geq 3,2$ secon 16. Noise Level ≤ 15 μ V 17. Patient leakage < 10 μ A 18. Heart Rate Meter 30 sampai 300 BPM 19. Startup Time ≤ 5 second 20. Sensitifitas 5,10,20 mm / mV, Auto		
Yang Mengajukan Ka IRNA 4A	PLT Kabid Yanmed	PLT Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
 Wahyuni, AMd.Kep	 dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	 Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	 drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	 dr. Nur Mazidah
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

ECG Mindray Beneheart R3

