

Malang, 10 Juni 2024

Nomor : 813/I-PM/DIR/VI/2024
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan (Penggantian Bohlam Lampu)
dan Kap Lampu Ruang IKO 2

Kepada Yth
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan menurunnya intens cahaya lampu operasi IKO, maka kami mengajukan perbaikan (penggantian bohlam lampu) dan kap lampu ruang IKO 2 pada pihak ke-3 (Form Kerusakan Terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. PLT Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IKO
5. Ka Ins IPSRS
6. Sekretariat



FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT




Tanggal Pengaduan : 7, 6, 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IKO 2

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Lampu Operasi IKO 2	Kode Inventaris	:
		Merk	:
		Type	:
		Nomor Seri	:
		Warna	:
		Lain - lain	:

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	: 1. 07/06/2024 2. 11-00	Lampu kurang terang. dijelaskan perbaikan pihak 3
Spare part yang rusak	: bohlam lampu fasy cahaya kurang terang.	
Human eror	: ☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Rini Ibadillah)	 (Salma)	 (Anwar)	 (Puri Indah P)	 (Ka. Gudang Umum/Farmasi)
Ka. Unit IKO	Petugas Alat	Ka. IPSRS	Kabid Kerjasama ahli.	

*) Pilih (v) salah satu.

