



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 802/I-PNJ/IPSR/VI/2024

Tanggal	11 Juni 2024
Pengajuan Dari Unit*	IPSR
Alasan Pengajuan	Penggantian Barang Baru Aki Baterai Kering UPS Inkubator Transport Perinatologi

I.DATA BARANG DAN SUPLIER

1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Aki Baterai Kering UPS ICAL Hi-Power 01-07 IP 1272 (12V7.2Ah)	2 Unit
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Aki bekerja dengan menyalurkan arus listrik dari bagian positif ke negatif untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan alat.	
3.	Penempatan alat**	Perinatologi	
4.	Merk/Tipe**	Aki Baterai Kering UPS ICAL Hi-Power 01-07 IP 1272 (12V7.2Ah)	
5.	Spesifikasi**	Aki Baterai Kering UPS ICAL Hi-Power 01-07 IP 1272 (12V7.2Ah) 1. Battery Kering / Aki Kering (SLA) 2. Merk: ICAL 3. Type: IP1272 (12V 7.2AH) 4. Cycle use: 14.5~14.9V 5. Standby use: 13.5~13.9V 6. Initial current: Less than 2.16A 7. Ukuran / Dimensi: 151 x 65 x 94mm (P x L x T)	

Yang Mengajukan PLT Ka IPSRS	PLT Kabid Pelayanan Medis	PLT Kabid Penunjang Medis	Kabid Umum dan Keuangan	PLT Direktur RS
Moch Arifin	dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS	dr. Nur Mazidah

TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Aki baterai yg lama rusak.

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap

LAMPIRAN FOTO

Aki Baterai Kering UPS ICAL Hi-Power 01-07 IP 1272 (12V7.2Ah)





FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 11 / 06 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	baterai UPS	Kode Inventaris	
		Merk	ICAL
		Type	HI POWER
		Nomor Seri	
		Warna	hitam
		Lain - lain	

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 2.	Baterai DROP CCA 25% floris Ganti BATERAI SUDAH DI GAK PAKAI BATERAI TERSEBUT
Spare part yang rusak	baterai drop	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 Ka. Unit IPSRS	 Petugas Alat ATEM	 Ka. IPSRS	 Kabid Umum dan Farmasi
		 Ka. Gudang Umum/ Farmasi	

*) Pilih (✓) salah satu.



11 Jun 2024 at 08:40:54