

Malang, 18 Juni 2024

Nomor : 826/I-PM/DIR/VI/2024
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Krimping Selang Mesin Stem Cuci AC (Pihak ke -3)

Kepada Yth
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Dengan adanya usulan unit IPSRS bahwa daya fungsi selang mesin stem cuci AC berkurang, maka dari itu kami mengajukan perbaikan krimping selang mesin stem cuci AC, pihak ke -3 (Form Kerusakan terlampir)

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. PLT Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS
5. Sekretariat



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT





Tanggal Pengaduan : 14 / 06 / 2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
1	Selang mesin Steam Cuci AL	Kode Inventaris	-
		Merk	Laboni
		Type	Daytona 100m
		Nomor Seri	-
		Warna	Orange hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 14 / 06 / 2024 2.	Selang bocor daya fungsi berkurang Jarak untuk perbaikan se banyak se - 3
Spare part yang rusak	Selang	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 (Ka. Unit)	 (Petugas Alat)	 (Ka. IPSRS)	 (Kabid)	 (Ka. Gudang Umum/ Farmasi)
			Umum dan Operasional	

*) Pilih (v) salah satu.

