



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 839/I-PNJ/IKO/VI/2024

Tanggal		19 Juni 2024	
Pengajuan Dari Unit*		IKO	
Alasan Pengajuan		Penggantian Mesin Anestesi IKO 2 Aeomed Aeon7400A (Lama) dengan (Mesin Anestesi Mindray WATO EX-35 (Pengajuan Baru) Penggunaan Alat Oleh Petugas Lebih Mudah)	
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Mindray WATO EX-35	1 Unit
2.	Fungsi alat**	Mesin anastesi merupakan alat penunjang medis yang sangat membantu tenaga medis selama proses tindakan operasi berlangsung. Mesin anastesi memberikan agent anestesi dan juga gas yang dibutuhkan pasien selama proses pembiusan berlangsung.	
3.	Penempatan alat**	IKO 2	
4.	Merk/Tipe**	Mindray WATO EX-35	
5.	Spesifikasi**	Mindray WATO EX-35 1. Physical Specifications Dimensions and Weight a) Height 1410 mm b) Width 780 mm (not including breathing system) c) 945 mm (including breathing system) d) Depth 690 mm e) Weight <145 kg f) (without vaporizers and cylinders) 2. Ventilator Specifications Modes of Ventilation a) Manual/Spontaneous Ventilation/Bypass b) Volume Control Ventilation (VCV) with PLV function c) Pressure Control Ventilation (PCV) d) Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation e) (SIMV-Volume Controlled and SIMV-Pressure Controlled) f) Pressure Support Ventilation (PS) with apnea backup 3. Ventilator Components Flow Sensor a) Type Variable orifice flow sensor b) Location Inspiratory and expiratory port 4. Oxygen Sensor a) Type Galvanic fuel cell b) FIO2 displayed 18% to 100% c) Accuracy ± (volume fraction of 2.5 % +2.5 % gas level) d) Response Time ≤20 seconds 5. Ventilator Screen a) Display type Color active matrix TFT touch screen b) Display size 10.4 in diagonal c) Pixel format 1024 x 768 d) Brightness Adjustable e) Screen display configurable f) Display parameters All setting and alarm parameters (including g) Breath rate, I/E ratio, Tidal volume, Minute volume, PEEP, MEAN, PEAK, PLAT, and O2 concentration, EtCO2, N2O, Aesthesia gas concentration) Display waveforms P-T, F-T, V-T, CO2 , O2, Anesthetic gas, N2O Spirometry loops P-V, F-V and F-P Timer On screen timer	



- e) Position MAX.2
f) Mounting mode Selectatec®, with interlocking function
g) Plug-in®, with interlocking function
7. Modules Anesthesia Gas (AG) Module
a) Measurement mode Side-stream
b) Monitor gases CO2, N2O, Halothane, Enflurane, Isoflurane

Yang Mengajukan
Kals/IKO

dr. Arief Heru W. Sp.An

PLT Kabid
Yanmed

dr. Wiryantari
Akhdani Pratiwi

PLT Kabid
Jangmed

Putri Indah
Purnama Sari,
AMd, Keb

Kabid Umum
dan Keuangan

drg. Endy Wira
Pradana,
MMRS

PLT Direktur
RS

dr. Nur
Mazidah

TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

Desain arsitektur yg lama sudah tidak bisa dipakai, jadi membuat manual solusi, saat digunakan di CA bisa lebih efisien, & tempat dari ke 2 baru hanya 1 gnd. fkt ke 2

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap



LAMPIRAN FOTO

Mesin Anestesi IKO 2 Aeomed Aeon7400A (Lama)



Anestesi Mindray WATO EX-35 (Pengajuan Baru)

