

Malang, 01 Juli 2024

Nomor : 914/I-PM/DIR/VII/2024
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Baliho Neon Box Pihak ke -3

Kepada Yth
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan redupnya lampu baliho neon box Rumah Sakit Prima Husada dan sudah dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh tim IPSRS belum ada hasil, maka saran dari tim IPSRS mengajukan perbaikan pada pihak ke-3.

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS
5. Sekretariat



FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 01/07/2024
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : IPSRS

Perihal *) : ☐ Alat Medis ☒ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Identitas Barang	
I	baliko Neon box PS Prima Husada	Kode Inventaris	-
		Merk	-
		Type	-
		Nomor Seri	-
		Warna	Hitam
		Lain - lain	-

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 01/07/24 2. 12.00	Led rusak dan power rusak perlu diperbaiki pihak ke-3
Spare part yang rusak	Led rusak	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
Ka. Unit	Petugas Alat IPSRS	Ka. IPSRS	Kabid Kerusakan dan Operasi	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

