

Malang, 01 Juli 2024

Nomor : 915/I-PM/DIR/VII/2024
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Strecher Dragbar Dewasa Pihak ke -3

Kepada Yth.
Ibu Endang Susilowati
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rusaknya strecher dragbar dewasa merk GEA type YQC-2R sejumlah 1 unit milik IGD, maka kami mengajukan perbaikan pada pihak ke-3 yaitu CV. Karya Medika (Form kerusakan terlampir)

Demikian surat pengajuan perbaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. PLT Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IGD
5. Ka Ins IPSRS
6. Sekretariat

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT


Tanggal Pengaduan : 20/06/2019
Tanggal Penarikan Alat :
Unit : 150

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
1	Stretcher Dragbar Dewasa	Merk Type Nomor Seri Warna Lain - lain	- SEA YAL-2R Biru Biru

	Perbaikan	Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal / Jam	1. 20/06/2019 2. 13.00 WIB	Hidrolik bed rusak Saran perbaikan pihak ke 3
Spare part yang rusak	Hidrolik rusak	
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,	
 (Aini)	 (Petugas Alat)	 (Ka. IPSRS)	 (Ka. Gudang Umum/ Farmasi)
Ka. Unit 150	Petugas Alat ATEM IPSRS	Ka. IPSRS	Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

