



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NO : 935/I-PNJ/IKO/VII/2024

Tanggal	08 Juli 2024			
Pengajuan Dari Unit*	IKO			
Alasan Pengajuan	Penggantian Lampu Operasi IKO 2 (Redup)			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	
1.	1.	Lampu Operasi Panalex 2	1	
2.	Fungsi alat**	Fungsi utama yaitu untuk menerangi objek pada saat tindakan operasi, yang ditempatkan diruang operasi dan ruang bersalin.		
3.	Penempatan alat**	Ruang IKO 2		
4.	Merk/Tipe**	Panalex 2		
5.	Spesifikasi**	Lampu Operasi Panalex 2 1. Name: Lampu Operasi 2. Brand: Panalex 3. Type : Wato EX-35 4. Weight : 103 kg, Arm : 18 kg, Dome : 67 kg 5. Central illuminance (at 1m distance) : 160.000 lux 6. Light field diameter (at 1 m distance) : 150-300 mm 7. Depth of illumination (L1+L2) : 1.200 mm 8. Color temperature : A :4300K, B :3500, 4000, 4500, 5000 9. Color rendering index : 96 10. Service life of bulb : 60,000 hours 11. Number of LED Bulbs : 80 12. Max. power consumption of all light sources : 80 W 13. Diameter Light head dimension : 700mm		
Yang Mengajukan Karu IKO		PLT Kabid Yanmed	PLT Kabid Jangmed	Kabid Umum dan Keuangan
Ns. Siti Ibadiyah, S.Kep		dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi	Putri Indah Purnama Sari, AMd, Keb	drg. Endy Wira Pradana, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA				
Lampu operasi R. IKO 2 sudah redup, sudah koordinasi dengan electro medis PT. sara meluaskan sumbu o/e barangs lama & onderatic sudah selesai				
*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up				
** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap				



LAMPIRAN FOTO

Lampu Operasi Panalex 2

