



Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya

Jl. Karangmenjangan No. 22 Surabaya
Email: bpfsurabaya@kemkes.go.id, Telp: 0315035830



LAPORAN EVALUASI DOSIS PERSONIL SERTIFIKAT DOSIS RADIASI

Nomor: E-01760TLD/PPDP/G2/IX/2025

Nama Instansi: PT. Disa Prima Medika
Alamat Instansi: RS. Prima Husada Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 54,
Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo

Tgl. Kirim: 15 September 2025
Tgl. Terima: 15 September 2025
Tgl. Evaluasi: 16 September 2025

Periode Pemakaian: Juni 2025 s.d Agustus 2025

No	NPR	Nama Pekerja	No. MP / Lencana	Dosis (msv)		
				Hp(10)	Hp(0.07)	Hp(3)
1	441967	M Ifan Ramadhan Nur	05773	0.22 (± 0.05)	--	--
2	427874	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	04722	0.22 (± 0.05)	--	--
3	428332	Ahmad Fariz Dzulfikar, Amd. Rad	05903	0.21 (± 0.05)	--	--
4	438568	Yudistira Wahyu Putra Pradana	05446	0.22 (± 0.05)	--	--
5	447961	Jason Ersadwian Pranyoto	06517	0.22 (± 0.05)	--	--
6	042862	dr. Suharto, Sp.Rad	05770	0.22 (± 0.05)	--	--
7	460326	Dandi Agus Prasetyo, A.Md. Rad	08340	0.21 (± 0.05)	--	--
8	414623	Ayu Bintang Tinara	00931	0.21 (± 0.05)	--	--
9	436452	Fatimatuz Zahroh, S.Si	07016	0.21 (± 0.05)	--	--
10	448260	dr. Normayanti, Sp.KG	07076	0.21 (± 0.05)	--	--
11	448259	Wardah Mahdiah Mudzakir	07017	0.2 (± 0.05)	--	--
12	453998	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp. OT	08335	0.2 (± 0.05)	--	--
13	453997	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An- Ti	08334	0.21 (± 0.05)	--	--
14	456919	Mukhammad Fakhrizal Baihaqi	07894	0.23 (± 0.06)	--	--
15	456918	dr. Rossy Zaki Abdillah, Sp.B	07893	0.23 (± 0.06)	--	--
16	456729	dr. Dio Mafazi Fabrianta, Sp.U	07892	0.21 (± 0.05)	--	--

Dibuat Oleh: Ruly Herawati, ST

Tanggal: 15 September 2025

Diperiksa dan disetujui oleh: Ero Wahjuningdiah, S.ST, M.KKK

Tanggal: 25 September 2025

Keterangan:

1. Tanda minus dua kali (--) = tidak ada data
2. Nilai Batas Dosis (NBD) pekerja radiasi = 20 msv/th (Perka BAPETEN No. 4 tahun 2013)
3. Metode Pengujian IEC 61066 Tahun 2006
4. Limit deteksi yang mampu dibaca adalah Limit deteksi TLD = 0.01 mSv
5. Jika diperoleh nilai lebih rendah dari limit deteksi maka dosis yang diterima adalah 0 msv
6. Ketidakpastian diukur pada tingkat kepercayaan 95% dan $k = 2$

7. Dosis akhir adalah akumulasi dosis pekerja dan dosis background diambil dari nilai dosis akhir pada TLD kontrol.
8. TLD ini diuji dengan Metode Kerja MK-PPDP-03.
9. Tertelusur dengan TLD Standart tanggal 13 Maret 2025
10. Laporan Hasil Evaluasi hanya berlaku untuk TLD yang diuji



Surabaya, 25 September 2025
Plt. Kepala BPAFK Surabaya

Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
197201301992031002