เอกสารตัวอย่างสมมติสำหรับทดสอบระบบ Certrace เท่านั้น — ข้อมูลทั้งหมดไม่มีอยู่จริง · FICTIONAL SAMPLE DOCUMENT FOR PROTOTYPE TESTING ONLY

Sample Metrology Laboratory Co., Ltd.

Fictional ISO/IEC 17025 laboratory · Cert. No. SML-CAL-26-00118

Calibration Certificate

Issued 12 January 2026

Customer
Sample Thai Steel Co., Ltd.

Instrument Ultrasonic gas flow meter
Serial GFM-22-0391
Range 0–900 Sm³/h

Date of calibration 2026-01-12

Recommended next calibration 2027-01-12

Reference (Sm³/h)	Indicated	Error %	U (k=2) %
150.0	150.4	+0.27	0.35
450.0	449.1	−0.20	0.30
800.0	801.2	+0.15	0.30

Result: within ±0.5 % maximum permissible error. Traceable to national measurement standards.

Calibrated by

Approved by

SAMPLE · ตัวอย่าง