



# 经颅光刺激光子仿真模拟报告

Transcranial Photostimulation Treatment Plan Report

方案类型: {{plan\_type}}

报告编号: {{report\_id}}

模板型 / 个性化

## 报告用途

用于汇总病例基础信息、靶点规划、光刺激参数、仿真评估结果与安全检查结论。仿真结果基于模型估算，应由具备资质的临床医师结合实际情况判断。




经颅光刺激仿真评估工作站

Professional simulation report template


## 1. 病例信息

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 患者标识      | {{patient_id}} (脱敏 ID)                       |
| 性别 / 年龄   | {{sex}} / {{age}}                            |
| 所属项目 / 机构 | {{project_name}} / {{institution}}           |
| 影像模态      | {{image_modality}} (如 MRI / CT, DICOM / nii) |

### 数据质控状态



## 2. 靶点规划



| 序号        | 靶点名称        | 坐标 (x, y, z) | 来源               |
|-----------|-------------|--------------|------------------|
| {{t1_no}} | {{t1_name}} | {{t1_coord}} | {{t1_source}}    |
| {{t2_no}} | {{t2_name}} | {{t2_coord}} | {{t2_source}}    |
| ...       | 按实际靶点数循环    | MNI / 体素     | 图谱 AAL / 坐标 / 手动 |

### 头皮入光点

深部靶点对应的颅骨表面刺激位置: {{scalp\_positions}}

### 3. 刺激参数

参数设置方式：按靶点逐条设置，或由系统同步生成全局参数。


| 靶点            | 光源类型          | 波长                | 工作模式        | 输出功率         | 光斑直径            | 占空比 / Hz    |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
| {{p1_target}} | {{p1_source}} | {{p1_wavelength}} | {{p1_mode}} | {{p1_power}} | {{p1_diameter}} | {{p1_duty}} |
| ...           | LED / LD      | nm                | CW / 脉冲     | mW           | mm              | % / Hz      |

## 4. 仿真评估结果

### 计算方式

{{sim\_method}} (标准 / AI)      仿真版本: {{sim\_version}}

## 能量分布热力图截图占位



低

高

| 靶区覆盖率        | 最大能量密度          | 深度覆盖范围          |
|--------------|-----------------|-----------------|
| {{cov_rate}} | {{max_density}} | {{depth_range}} |

| 颅骨区域风险         | 头皮区域风险         | 方案对比             |
|----------------|----------------|------------------|
| {{skull_risk}} | {{scalp_risk}} | {{plan_compare}} |

## 5. 安全检查结论

综合安全等级

{{safety\_level}}

安全阈值校验

{{threshold\_result}}

风险提示

{{risk\_note}}

## 6. 方案结论与建议

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 推荐方案摘要  | {{recommendation}}          |
| 推荐指数    | {{rec_score}}（字段待定，视系统是否启用） |
| 医生结论与建议 | {{clinician_conclusion}}    |

## 7. 确认与签名

操作人：{{operator}}

机构：{{institution}}

电子签名：\_\_\_\_\_

签署日期：{{sign\_date}} \_\_\_\_\_

免责声明

本报告由经颅光刺激仿真评估工作站生成，仿真结果基于模型估算，仅供临床 / 科研参考，不替代医生的专业判断与处置。最终治疗决策须由具备资质的临床医师负责。