

# Kalibrierschein Calibration Certificate

Type **Kistler 9132B21**Serial No. **4756230**

Kalibriert durch Calibration Technician	Datum Date
E. Monteiro	26. Oct. 2017

Referenzgeräte Reference Equipment	Typ Type	Serien-Nr. Serial No.
Gebrauchsnorm Working Standard	Kistler 9341B	1719597
Ladungskalibrator Charge Calibrator	Kistler 5395A	605272

Umgebungstemperatur Ambient Temperature °C	Relative Feuchte Relative Humidity %
21	53

## Messergebnisse Results of Measurement

Kalibrierter Bereich Calibrated Range N	Empfindlichkeit Sensitivity pC / N	Linearität Linearity ≤ ± %FSO
0 ... 7000	-3,635	2,50

### Comments :

Le capteur est étalonné sans précontrainte.

### Conditions d'étalonnage:

Il est posé sur un plan rectifié et l'application de la force est réalisée par l'intermédiaire d'une tête d'appui sphérique sur un bloc d'épaisseur 20 mm et Ø 55mm.

Le Technicien :