

Kalibrierschein **Calibration Certificate**

Type Kistler 9252A

Serial No. 1224511

Kalibriert durch	Datum			
Calibration Technician	Date			
К. Та	23. Jun. 2017			
Referenzgeräte Reference Equipment	Тур Туре	erien-Nr.		
Gebrauchsnormal Working Standard	Kistler 9251A Kistler 9361A	29968 3194331		
Ladungskalibrator Charge Calibrator	Kistler 5395A	88262		
Umgebungstemperatur Ambient Temperature °C	Relative Feuchte Relative Humidity %			
28	48			

Messergebnisse Results of Measurem ement

	orierter Bereich orated Range	Empfindlichkeit Sensitivity	Linearität Linearity	Übersprechen Cross ta	
kN	\$677 	pC/N	≤ ± %FSO	%	%
Fx	02,5	-8,032	0,03	$Fx \rightarrow F$ 3,2**	$Fx \rightarrow Fz = 0.8$
Fy	02,5	-8,038	0,03	$Fy \rightarrow F$ -1,2	$Fy \rightarrow Fz 0.4$
Fz	0 5	-3,875	0,07	$Fz \rightarrow F \longrightarrow 0,6$	$Fz \rightarrow Fy 0.0$
Fz *	0 30	-4,251	0,13		*

ohne Vorspannung without preload

Messverfahren Measurement Procedure

Kontinuierliche Kalibrierung, Vergleichsv-=rfahren Continuous Calibration, Comparison Me

Confirmation Bestätigung

Das oben durch die Seriennummer identifizierte Gerät entspricht der Vereinbaru Datenblätter ein, sofern nicht anders auf dem Kalibrierschein vermerkt. Das Kist erfüllt die Anforderungen von EN 10204 Abnahmeprüfzeugnis "3.1". Die aufg∈ wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. The equipment identified by Serial No. complies with the agreement of the order otherwise specified on the calibration certificate. The Kistler Quality Manageme 10204 Inspection Certificate "3.1". The reference equipment is traceable to nature.

and meets the manufacturing tolerances specified in the data sheets, unless at System is certified per ISO 9001. This document fulfils the requirements of EN onal standards. The document was issued electronically and is therefore valid

ng der Bestellung und hält die Herstelltoleranzen gemäss den Spezifikationen der

führten Referenzgeräte sind auf nationale Normale rückgeführt. Das Dokument

er Qualitätsmanagement System ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das Dokument

Kistler Instrumente AG

without signature.

PO Box CH-8408 Winterthur Fax +41 52 224 14 14 Swift: ZKBKCHZZ8C

Tel. +41 52 224 11 11 ZKB Winterthur BC Account: 1132-037

IBAN: CH67 0070 0113 2003 7462 8 VAT: 229 713 1.628 ISO 9001 certified

www.kistler.com

^{* *} ausserhalb Spezifikation Out of specification